



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Αρτα 20-10-15
Αριθμ.17376

Γραφείο : Προμηθειών –Διαχείριση
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 23-10-15 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών –Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την Προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ. Ν. Άρτας :

1. Σωληνάρια γυάλινα μικροαιματοκρίτη ηπαρινισμένα.
2. Φερμουάρ κοιλίας (προσωρινό μέσο σύγκλισης κοιλιακού τραύματος από πολυεστέρα με επένδυση πολυαιθυλενίου) 50cm x 43cm περίπου.
- 3.Σύρμα σε βέργα με θηλιά 1,2 mm περίπου.
4. Σλιπ δικτυωτό ελαστικό.
- 5.Δίσκοι (λάμες) για γυψοπρίονο χωρίς πλαστικό στο κέντρο διαμέτρου περίπου 5,5cm. Να σταλεί δείγμα.
6. Τροχός για μηχανήματα κοπής γαζών (δείγμα) .
- 7.Σωληνάρια **Vacutainer 10ml με αντιπηκτικό 18,0mg EDTAK2** διαστάσεων 16x100mm κενού αέρα αποστειρωμένα διαυγή με πώμα ασφαλείας.
8. Ηλεκτρόδια κύστεως για ουρολογικά χειρουργικά.
Να είναι εύκαμπτα με άκρο κομβίο (μπίλια) .Να έχει μήκος 40cm και διάμετρο 6 FR ώστε να διέρχεται από τις θήκες κύστεοσκοπίου με διάμετρο 19.5 FR και άνω που διαθέτει η κλινική μας . Να συνδέεται και να συνεργάζεται με το μονοπολικό καλώδιο της διαθερμίας που έχει η κλινική μας.
- 9 . Υδατοπαγίδες για το μηχάνημα leon plus.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 26-10-15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

