



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^Η Υ.Π.Ε
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άρτα 07-03-2012

Αριθμ. Πρωτ.:4076

Πληροφορίες : Χ. ΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση : Λόφος Περάνθης
ΤΗΛ : 2681361128

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί των προδιαγραφών σε είδος της Διακήρυξης με αριθμ. ΔΣ/9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου (α/α249 Κυκλώματα Αναπνευστήρα απλά)

Σας ενημερώνουμε ότι στη Διακήρυξη με αριθμ. ΔΣ/9/2012 για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου στο Μέρος Β'ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) στο είδος με κωδικό α/α 249 διαμορφώνεται ως εξής: α/α 249 Κυκλώματα Αναπνευστήρα απλά , μήκος 180 εκατ. περίπου, και τελείωμα σε Υ, τεμάχια 1000 , σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.4072/7-3-2012 έγγραφο της Επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Διοικητής του ΓΝ Άρτας

ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ