



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 4/7-2014
Αριθμ. Πρωτ.10249**

**Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414**

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ .**

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι την **8-07-2014**, ημέρα Παρασκευή μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (**2681021414**) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :

- 1.Υποσέντονα μεγάλα μ.χ 90x 180 περίπου.
- 2.Μπλούζες μη αποστειρωμένες μ.χ .
- 3.Μπλούζες χειρουργικές αποστειρωμένες μ.χ. αδιάβροχες με εξωτερική ή εσωτερική πλαστική ενίσχυση στο μπροστινό μέρος της μπλούζας και στα μανίκια, (xl).
4. Γάντια αποστειρωμένα Νο7
5. Γάντια αποστειρωμένα Νο7,5
6. Γάντια αποστειρωμένα Νο 8
7. Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού αυλού υπό μορφή set .Το εύρος του Αυλού να είναι 16F και το μήκος 20cm.Το SET να περιέχει ,καθετήρα συρμάτινο οδηγό ,διαστολέα ,βελόνα παρακέντησης καθετήρα παρακέντησης με διακόπτη ροής αίματος και διακόπτη ροής αίματος στο αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη .Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθησης του συρμάτινου οδηγού με ειδικό stop
- 9.Διαθερμίες μ.χ. με button κοπής και αιμόστασης
- 10.Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με αυτοκόλλητο Orcite χωρίς οπή ,διαστάσεων 45x60 cm περίπου .

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 9/7/2014 ΣΤΙΣ 10:00 πμ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ
ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ