



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 14-07-2014
Αριθμ. Πρωτ.10720**

**Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414**

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ>> .**

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι την **17-7-2014**, ημέρα Πέμπτη μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (**2681021414**) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :

1. Δοκιμαστικοί ασκοί σιλικόνη 1 litr.
2. Στυλεός πρόσθιας βιτρεκτομής για μηχάνημα Legacy..
3. Χαρτί υγείας λευκό δίφυλλο γκοφρέ 500gr Να είναι λευκό απαλό ,ανθεκτικό και απορροφητικό από πρωτογενή χαρτομάζα .
4. Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες μονού αυλού υπό μορφή set .Το εύρος του Αυλού να είναι 16F και το μήκος 20cm.Το SET να περιέχει ,καθετήρα συρμάτινο οδηγό ,διαστολέα ,βελόνα παρακέντησης καθετήρα παρακέντησης με διακόπτη ροής αίματος και διακόπτη ροής αίματος στο αυλό για αποφυγή διαφυγής αίματος Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη .Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της προώθησης του συρμάτινου οδηγού με ειδικό stop.
5. Χειρουργικά πεδία τεμνόμενα αποστειρωμένα με αυτοκόλλητο Orcite χωρίς οπή ,διαστάσεων 45x60 cm περίπου.
6. Σύρμα κουζίνας χονδρό σε τεμάχιο από νίκελ, ιδανικό για σκεύη τροφίμων, να μην αφήνουν υπολείμματα. Να πληρεί τις προϋποθέσεις για Насср.
7. Γάντια λάντζας από nitrile (ζεύγη) ανθεκτικά με βαμβακερή επένδυση, ανθεκτικά σε λίπη, λάδι, οικιακά καθαριστικά, με μακρύ μανίκι υποαλλεργικά..
8. Κάδος απορριμμάτων με πεντάλ, με εσωτερικό κάδο κατασκευασμένοι από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής.
9. Πολυτεταστές τύπου nitex ανθεκτικές με μεγάλη απορροφητικότητα και σε διάφορα χρώματα.
10. Φιάλες γκαζιού.

11. Την επισκευή του φορητού αναπνευστήρα HT-50 του οίκου NMI με S/N:08089135 ,που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο φορητός αναπνευστήρας έχει 11.000 ώρες λειτουργίας και σύμφωνα με το Service manual απαιτούνται η αντικατάσταση των παρακάτω ανταλλακτικών:

- Αντλία , micro pump , κωδικός:V112210060 , τεμάχια:1
- Φίλτρο αέρα , κωδικός:HT460300, τεμάχια:1
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία , κωδικός:G19-00001-29, τεμάχια:1

12.Την επισκευή του αναπνευστήρα Servo – i, maquet με S/N:13724 ,που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για την επισκευή του αναπνευστήρα απαιτούνται τα παρακάτω:

- A) πλακέτα Circuit board PC1772 , κωδικός:6693795 , τεμάχια:1
- B)Δαπάνη εργασίας (εργασία και μεταφορικά).

13. Την επισκευή της αναπνευστικής συσκευής BIPAP VISION με S/N:1145441 που βρίσκεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

14.Την επισκευή του ηλεκτρονικού ζυγού Seca, model:769 μεS/N:5769241122634 που βρίσκεται στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού υπάρχει η ηλεκτρονική ζυγαριά SECA , model:769 με S/N:5769241122634 , η οποία κατά την έναρξη της λειτουργίας της μας βγάζει το μήνυμα <<E10-12>> και σταματά η λειτουργίας της .

Για την επισκευή της ηλεκτρονικής ζυγαριάς απαιτούνται τα παρακάτω:

- A) Ανταλλακτικά:- βάση ζυγού ,κωδικός:02-01-03-386-509 τεμ.:1
- πληκτρολόγιο , κωδικός:34-02-04-394-009 , τεμ.:1
- B)Δαπάνη εργασίας (διάγνωση ,επισκευή και επαναβαθμονόμηση)

15. Την επισκευή της χειρουργικής τράπεζας Merivara , model: Promerix , με S/N:090424-65429 που βρίσκεται στα Χειρουργεία.

Στην χειρουργική τράπεζα κατά την διάρκεια ορθοπεδικών επεμβάσεων δεν μπορεί να κλειδώσει το μέρος του αριστερού ποδιού.

Απαιτείται αντικατάσταση του παρακάτω ανταλλακτικού:

- Adaptor left divided leg , κωδικός: A 41767900 , τεμάχια:1

16. Την επισκευή του ακτινολογικού μηχανήματος OPERA G800 ,MERRATE, S/N:24615, που βρίσκεται στο Ακτινολογικό Εργαστήριο.

Στον πίνακα του ακτινολογικού μηχανήματος απαιτείται αντικατάσταση του ρελέ (είναι καμένος και δεν λειτουργεί).

- Ανταλλακτικό: PELE LP1K0910BD , τεμάχιο:1

17. Σακούλες Poly-bag μεσαίες συσκευασία των 50 τεμαχίων περίπου . Το υλικό κατασκευής τους να τις καθιστά κατάλληλες για τρόφιμα, να είναι ανθεκτικές στο βάρος και να μην σκίζονται εύκολα.

.18. α) Μπλοκ εισιτηρίων των 50φύλλων διαστ. A4 2/τύπα.

B).Μπλοκ εξιτηρίων των 50φύλλων διαστ. A4 2/τύπα.

γ).Μπλοκ Διακομιδής των 50 φύλλων διαστάσεων A4 2/τυπα.

19. Α) Υγρά του πλυντηρίου ς πλύσης και αποστείρωσης των ενδοσκοπικών οργάνων (γαστροσκοπίου και κολοσκοπίου) του ενδοσκοπικού τμήματος του ενδοσκοπικού τμήματος του γαστρεντερολογικού.

Endo det

Endo Dis

Endo Act

B) Αλάτι ημίχονδρο, σε συσκευασία 2 κιλών .20

20. Φιαλίδιο συλλογής 30ml για λήψη κυτταρολογικού υλικού. Να περιέχει διάλυμα (βλενολυτικό ,αιμολυτικό ,πρωτεϊνολυτικό) συστατικών υποστρώματα ποικίλου

κυτταρολογικού υλικού δείγματος με τη μέθοδο της κυτταρολογικής υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου ,συμβατό με αυτόματη συσκευή επίστρωσης τύπου . Φακαρόλα 100μ. περίπου.

21 Φακελάκια φαρμάκων .

22 Επταπολικό καλώδιο για HOTER OXFORD AR-H SCHILLER.

23 Ανταλλακτικά δοχεία safety zav 100ml αναρρόφησης τύπου RVTM2.

24 Φακαρόλα 100μ. περίπου.

25. Μελάνι για LEXMARK T630dn LASER MAYPO Original

26. Μελάνι για LEXMARK X204n LASER MAYPO Original.

27.Λυχνίες εφεδρικές αστιγματόμετρο Top-can (κωδ.2158/3 ,6v-4,5

28.Α) Ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος φυτίλι επαγγελματικά με νήμα μικροφίμπρας . Να είναι μεγάλης απορροφητικότητας, να μην αφήνει χνούδι, οι άκρες τους να είναι ραμμένες προς τα μέσα για να μην ξεφτίζουν. Χρώματα : κόκκινο, κίτρινο, μπλε.

29. Συσκευή εντερική χορήγησης με σάκο συμβατής με aplix Fresenius ,(κωδ 7751711)

30. Ασκοί αναισθησιολογικού μηχανήματος με δυνατότητα ανάρτησης πολλαπλών χρήσεων 2lt ενηλίκων.

31. Ασκοί αναισθησιολογικού μηχανήματος με δυνατότητα ανάρτησης πολλαπλών χρήσεων 2lt ενηλίκων

32. Κύτταρο OZ για αναπνευστήρα Servo-I.

33. Ψαλίδια αφαίρεσης ραμμάτων εξωλκής.

34. Εξωτερικοί ανδρικοί καθετήρες (πεοκαλύπτρες) 100% σιλικόνη, αυτοκόλλητοι ενός

τεμαχίου με ενισχυμένη σπιράλ έξοδο για ασφαλή σύνδεση με ουροσυλλέκτη,

διαφόρων μεγεθών:

α) 25 mm, β) 30mm,γ) 35 mm ,δ) 40 mm.

35. Σάκος μίξης υγρών μιας παρεντερικής χορήγησης να είναι κατασκευασμένος από αυθεντικό υλικό με αριθμητική διαβάθμιση .Να α είναι περιεκτικότητας 3000ml .Να διαθέτει συσκευή μεταφοράς τρειών αυλών με κλίπς διακόπτη ροής .

36. Αναπνευστικό κυκλώματα Μ.Χ απλά και χωρίς υδατοπαγίδες και αποστειρωμένα μήκους 180-200cm περίπου .Να διαθέτουν συνδετικά τύπου Υ . Να έχουν ένδειξη latex free.

37.Γάζα διπλωμένη απλή 5X5cm

38.Γάζα διπλωμένη απλή 10X10cm

39 Γάζα διπλωμένη απλή 10X20cm.

40. Ρολό αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 100x100.
41. Ρολό αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 150x100.
42. Ρολό αποστείρωσης για κλίβανο ατμού 250x100 .
43. Απολυμαντικό αλκοολούχο για επιφάνειες ιατρικών μηχανημάτων χειρ/κα τραπέζια . Σε μικρή συσκευασία έως 1000χιλ με συσκευή ψεκασμού χωρίς αλδεύδες . Να περιέχει αλκοόλες να είναι μικροβιοκτόνο και ιοκτόνο .
44. εντερική διατροφή για νεφροπαθείς α) θερμιδική πυκνότητα 1-2cal/ml β) Λίπη 9-10 gr /100 ml γ) Υδατάνθρακες 20-26 gr /100ml δ) Πρωτεΐνες 3-7 gr/100 ml ε) Οσμωτικότητα 400-500 mOsm/lit
45. Μελάνι panasonic (KX-FR 141)
46. Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη κυτταρίνης γουλουρονικό οξύ 2εκ. πλάτος εως 45εκ μήκος περίπου για έλκη και ιστικό έλλειμα .
47. Επιθέματα για μολυσμένο ή δύσσομα τραύματα και έλκη κατάκλιση πολυουρεθάνης με προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου με περιμετρικό κολλητικό από φυσικό υλικό κυτταρίνης με ειδικό σχήμα κόκκυγος 24X24cm περίπου.
48. Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσσομα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλιση πολυουρεθάνης υψηλής απορροφητικότητας με προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου, με περιμετρικό κολλητικό από φυσικό υλικό σχήματος πτέρνας περίπου 20X20cm .
49. Επιθέματα για μολυσμένα ή δύσσομα χρόνια τραύματα και έλκη κατάκλιση πολυουρεθάνης υδροενεργού αργύρου με περιμετρικό κολλητικό 15X20cm περίπου.
50. Μελάνη για εκτυπωτή Epson M 2300 LASER ORIGINAL
51. Την προμήθεια οκτώ (8) μπαταριών για το UPS που βρίσκεται στον σταθερό υπέρηχο Vivid 7 της Καρδιολογικής Κλινικής.
Απαιτούνται αντικατάσταση των παρακάτω:
Μπαταρίες μολύβδου 12V , 7Ah , κωδικός:48-00-10-133 , τεμάχια:8
52. Την επισκευή του αναισθησιολογικού μηχανήματος LEON PLUS με S/N:0200010HUL00201222 που βρίσκεται στην 3^η αίθουσα των **Χειρουργείων**. Το μηχάνημα βγάζει μήνυμα <<κάνιστρο ανοιχτό>>. Για την επισκευή απαιτείται αντικατάσταση του παρακάτω ανταλλακτικού:
- Μικροδιακόπτης , Microswitch , κωδικός:H280209128 , τεμάχια:2
53. Υγρό σαπούνη χεριών των 4 litron . Να είναι με ουδέτερο pH κατάλληλο για συχνή χρήση με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ιδιότητες .

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 18/7/2014 ΣΤΙΣ 10:00 πμ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΥΛΙΚΟ

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ
ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ