



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 15-1-2015  
Αριθμ. Πρωτ :707**

**Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης  
47100- Άρτα  
Τηλέφωνο : 2681361128  
Fax : 2681021414**

**ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  
ΔΥΟ (2) ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ »**

**ΣΧΕΤ :** α) η από 23/9/2014 αίτηση προμήθειας της Προϊσταμένης της Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής του Γ.Ν. Άρτας,

β) η υπ'αριθμ.30/30-9-2014 (Θέμα 26<sup>ο</sup> ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω αίτησης προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) η υπ'αριθμ.40/30-12-2014 (Θέμα 19<sup>ο</sup> ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση της προμήθειας του είδους με την επανάληψη του διαγωνισμού με συλλογή προσφορών.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι τις **22-1-2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00π.μ μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (2681021414) για την προμήθεια ΔΥΟ (2) ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ**

Τεχνικές προδιαγραφές στηθοσκοπίου για ενήλικες (τεμάχια: 2 ).  
Ο σωλήνας να είναι μονού αυλού ώστε να προσφέρει άριστη ακουστική.

Να έχει μαλακές ελιές για τέλεια ηχομόνωση .

Ο κώδωνας να είναι βαρύς και να είναι μιας όψεως .

Το διάφραγμα να έχει διάμετρο περίπου 4,5cm.

Το στηθοσκόπιο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενήλικες για φυσική αξιολόγηση και διάγνωση.

Να δοθεί πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) ετών.

Να διαθέτει CE – Mark και να πληροί τα διεθνή Standards ποιότητας και κατασκευής.

Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO και να συμμορφώνεται με την υπουργική απόφαση (Δγ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.130648 (Φ.Ε.Κ. 2198 /Β/2-10—2009 )) περί διακίνησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (δύο) 2 έτη.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ**

**ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

