

Τεχνικές προδιαγραφές για ανταλλακτικά των ιατρικών μηχανημάτων

1.Αναπνευστήρες Servo – I Maquet , τεμ.:5 , με S/N:42262 , S/N:13724 , S/N:13721 , S/N:13723, S/N:13722 αντίστοιχα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

A) KIT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 5000 ωρών , κωδικός: 093-02-06532621 ,τεμάχια :5

B) Membrane with washer ring , κωδικός:6586791 ,τεμάχια:5

2.Αναισθησιολογικά μηχανήματα Leon Plus , τεμάχια:4 , με S/N:0200010HUL00201208 , S/N:0200010HUL00201219 , S/N:0200010HUL00201222 , S/N:0200010HUL00201218 αντίστοιχα των Χειρουργείων.

Για την ετήσια προληπτική συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά:

A) KIT συντήρησης ενός (1) έτους για LEON PLUS ,κωδικός:H280209051, τεμάχια:4 .

B)Φίλτρα αναρρόφησης (αντιβακτηριδιακά), κωδικός:H280122010, τεμάχια:4.

3.Αναισθησιολογικό μηχάνημα Primus - Drager με S/N:ARWK-0160 , τεμάχιο:1, του Χειρουργείου.

Για την ετήσια προληπτική συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά:

A) Primus Serv Set 1 Year , κωδικός:MX08241 , τεμ.:1.

B) Φίλτρο απαγωγής , κωδικός:M33294 , τεμ.:1 .

4.Πλυντήριο ενδοσκοπίων OLYLPUS , model:MINI – ETD 2PAA με S/N:08542077 του Γαστρεντερολογικού Τμήματος.

Για την ετήσια προληπτική συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά:

A)Maintenance Set mini ETD2 ,κωδικός:OS.M9520972 , τεμ.:1.

B)Αντλία αποχέτευσης , κωδικός: OS.M7640961 , τεμ.:1 .

Γ) Ανεπίστροφη βαλβίδα , κωδικός:OS.M5755842, τεμ.:1.

Δ)Αντίσταση κάδου , κωδικός:OS.M4801583, τεμ.:1 .

5.Φορητοί αναπνευστήρες Newport , model:HT-50 , τεμάχια:3 , με S/N:06016072 και με S/N:06107526 και S/N:08119195 που βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για την ετήσια προληπτική συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω ανταλλακτικά:

A) micro- pump ,κωδικός:V50-21000-60 , τεμ.:3.

B)Φίλτρο αέρα , κωδικός: V11-35300 , τεμ.:3.

Γ) Μονάδα εξόδου και ελέγχου αέρα HT50-H1 Outlet assy , κωδικός:NP-1124000-63, τεμ.:3.

Δ)Κάλυμμα φίλτρου εισόδου αέρα, κωδικός:V11-35001-63, τεμ.:3.