

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1 Σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής που να αποτελείται από : α)ένα εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων με clip τιτανίου μιας χρήσης M-L διαμετρου 10 mm με δύο σταδια φόρτισης και τοποθέτησης του clip και β)ένα σετ τροκάρ 5mm και 5-11 mm μήκους 100 mm με αντιστοιχες κανουλές με ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα .	150 Τεμάχια
2	2.Σετ λαβίδων λαπαροσκοπικών επεμβάσεων αποτελούμενο από : δύο λαβίδες σύλληψης ατραυματικές, ένα ντισεκτέρ, και ένα ψαλίδι κυρτό ,πλήρως μονωμένα.	150 Τεμάχια
3	3.Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων με clip τιτανίου μιας χρήσης L διαμετρου 10 mm.	10 Τεμάχια
4	4.Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής παρασκευασμάτων με στυλεό διαμέτρου 10 mm από ανθεκτικό υλικό χωρητικότητας 200 ml περιττου με στυλεό εφαρμογής,πλήρως ανοιγόμενη μεταλλική στεφάνη , ενδείξεις για την κατεύθυνση του ανοίγματος, και ράμμα περίπαρσης	150 Τεμάχια
5	5.Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης διαμ. 5 mm, μήκους 30- 36 cm . Να διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτή 15 mm με δυνατότητα περιστροφής 360 ⁰	100 Τεμάχια
6	6.Ισχυρές λαβίδες σύλληψης τυτπου (endo-clinch)	20 Τεμάχια
7	7.Ειδική βελόνη σύγκλησης των οπών εισαγωγής τροκάρ,	150 Τεμάχια

8	8.Σύστημα πλύσης –αναρρόφησης λαπαροσκοπικών επεμβάσεων διαμέτρου 5 mm με ενσωματωμένους σωλήνες.	150 Τεμάχια
9	9.Σωλήνας παροχής CO2, αποστειρωμένος μιας χρήσεως με ενσωματωμένο αντιμικροβιακό φίλτρο.	150 Τεμάχια
10	10.Λαπαροσκοπικά φίλτρα απαγωγής καπνού με ρυθμιστή ελέγχου εκτόνωσης.	150 Τεμάχια