



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 18-2-2015
Αριθμ. Πρωτ :2893**

**Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361128
Fax : 2681021414**

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ
Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ»**

ΣΧΕΤ : α) η από 10-2-2015 αίτηση προμήθειας της προϊσταμένης της Μαιευτικής κλινικής του Νοσοκομείου

β) η υπ'αριθμ.5/13-2-2015 (Θέμα 30^ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω αίτησης προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι την **27-2-2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14.00π.μ** μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (**2681021414**) για την προμήθεια δύο (2) στηθοσκοπίων ενηλίκων για τις ανάγκες της Μαιευτικής κλινικής του Γ.Ν. Άρτας .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο σωλήνας να είναι μονού αυλού ώστε να προσφέρει άριστη ακουστική.

Να έχει μαλακές ελιές για τέλεια ηχομόνωση.

Ο κώδωνας να είναι βαρύς και να είναι μιας όψεως.

Το διάφραγμα να έχει διάμετρο περίπου 4,5cm.

Το στηθοσκόπιο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενήλικες για φυσική αξιολόγηση και διάγνωση.

Να δοθεί πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (1) έτους.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ