



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Άρτα 30 -4-15
Αριθμ 6850

Γραφείο : Προμηθειών –Διαχείριση
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της **6-5-15** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.00** στο Γραφείο Προμηθειών –Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας :

- 1.Καθετήρας αναρρόφησης με βαλβίδα Νο 8 .
- 2.Συσκευή παροχέτευσης τραύματος Νο 18.
3. Φιαλίδια πλαστικού κενού αέρος (Vacutainer) αποστειρωμένα, διαυγή μιας χρήσης με πώμα ασφαλείας των 6 ml με Κ2Ε 10,8mg.
4. Συσκευές με σάκο για χορήγηση εντερικής διατροφής με συνοδό εξοπλισμό.
5. Καθετήρας κεντρικής φλέβας 3 αυλών διαμέτρου 7F και μήκους 30 cm. Εσωτερικό εύρος αυλών 16/18/18. Το οδηγό σύρμα να μην τσακίζει κατά τη χρήση. Να διατίθενται στα σετ βελόνες 18 G, 22 G και φλεβοκαθετήρας 16 G.
6. Συλλέκτες ούρων ωριαίας μέτρησης, συνολικής χωρητικότητας 2000ml. Να διαθέτουν βαθμονομημένο θάλαμο για μέτρηση ούρων, χωρητικότητας 200ml, ανεξάρτητο από την υπολοίπιτη συσκευή. Να έχουν καλή στεγνότητα και άριστη εφαρμογή με απλό ουροσυλλέκτη.
7. Προεκτάσεις ενδοτραχειακών σωλήνων με δυνατότητα βραγχοαναρρόφησης. Να είναι λείας εσωτερικής επιφάνειας. Να είναι μιας χρήσης και από σπιράλ υψηλής ποιότητας (Smooth bone tubing).
8. Καθετήρες αιματοουρίας 3 Way Couvelaire με σπιράλ επίστρωση υδρογελή μπαλόνη (30 – 50)ml με ευρείες οπές για να μην αποφράσσει από πήγματα αίματος. Α) Νο 20, Β) Νο 18.
9. Α) Σάκος κολοστομίας αυτοκόλλητος αδιαφανής(λόγω υδαρών κενώσεων)
Β) Λοσιόν καθαρισμού δέρματος στομίας
10. Χειρ/κά πεδία χωρίς οπή και χωρίς αυτοκόλλητο, τριών στρωμάτων από υλικό non-woven και πλαστικό διαστάσεων 75X100 cm περίπου.
11. Διαθερμίες μιας χρήσης μονοπολικές με Button κοπής και αιμόστασης.
12. Set διαδερμικής τραχειοστομίας. (χωρίς μεταλλική λαβίδα)Ν0 8.
Ο διαστολέας της τραχείας να είναι Α) μεταβλητής διαμέτρου, υδρόφιλος που να επιτρέπει τη διαστολή της τραχείας με μια μόνο ήπια κίνηση. Β) να έχει ραβδώσεις στο σημείο εισαγωγής του στη τραχεία, για ατραυματική και εύκολη εισαγωγή.
Τόσο ο συμπίκνιστος οδηγός όσο και ο οδηγός καθετήρας να έχουν χαρακτηριστικά σημάδια που υποδεικνύουν το ακριβές σημείο στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν.
Τα σετ να προσφέρονται με τη δυνατότητα επιλογής μαλακού ή σκληρού οδηγού εισαγωγής και με ή χωρίς σωλήνα τραχειοστομίας (με cuff μεγάλου όγκου χαμηλής πίεσης).
Ο αρχικός διαστολέας της τραχείας να είναι μεγέθους 14 FR και 6,5 cm.
Να διαθέτουν πολλαπλούς οδηγούς τοποθέτησης αεραγωγού, έτσι ώστε να καλύπτει, το ίδιο σετ, εάν χρειαστεί, όλα τα νούμερα (21 Fr-24Fr-27 Fr).
Να κατατεθεί επίσημο, πρωτότυπο Prospesctus του κατασκευαστικού οίκου, για τις απαραίτητες παραπομπές σε αυτόν προς επιβεβαίωση των παραπάνω προδιαγραφών.
13. Κολλάρα μαλακά L

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις **7/5/2015 Πέμπτη** και ώρα **10:30 π.μ** θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

