



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 19-6-2015  
Αριθμ. Πρωτ :10089**

**Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης  
47100- Άρτα  
Τηλέφωνο : 2681361128  
Fax : 2681021414**

**ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
Α)Τ ΕΣΣΕΡΩΝ(4) ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ»  
Β)ΕΝΟΣ (1)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ».**

**ΣΧΕΤ :** α) η από 23-1-2015 αίτηση προμήθειας της προϊσταμένης της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου,

β) η από 20-4-2015 αίτηση προμήθειας της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου,

γ)η υπ'αριθμ.9/5-3-2015 (Θέμα 39<sup>ο</sup> ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω αίτησης προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών.

δ)η υπ'αριθμ.15/24-4-2015 (Θέμα 5<sup>ο</sup> ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω αίτησης προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι **την 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00π.μ** μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (2681021414) για την προμήθεια **Α)Τ ΕΣΣΕΡΩΝ(4) ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ»  
Β)ΕΝΟΣ (1)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» .**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ**

- Περιχειρίδα αυτοκόλλητη , πολλαπλών χρήσεων , ανθεκτική κατά το πλύσιμο της και εσωτερικά να περιέχει ελαστική σαμπρέλα διπλού αυλού.
- Να έχει ακρίβεια στην μέτρηση της πίεσης.
- Να είναι ωρολογιακό πιεσόμετρο μπράτσου.
- Η αναγκαία πίεση δημιουργείται από το πουάρ.

- Η βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη και να εξασφαλίζει ελεγχόμενη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Η κλίμακα του πιεσόμετρου να έχει ακτίνα μέτρησης 0-300 mmHg.
- Να διαθέτει δύο (2) μεγέθη περιχειρίδων Large και XLarge .
- Η ακρίβεια μέτρησης να είναι  $\pm 3$  mmHg.
- Να δύνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 ετών.
- Η συσκευή να διαθέτει CE.

**ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ**