



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 8/6/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 9126**

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο 2681361589
Φαξ 2681361589
Δ/νση Λόφος Περάνθης
47100 Άρτα

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση ΚΛΕΙΣΤΩΝ οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικού»
ΣΧΕΤ.:

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι την 17-6-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα **10:00** π.μ. στο φαρμακείο του Γ.Ν. Άρτας σε κλειστούς φακέλους για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Άρτας:

- Αιμοστατική γάζα με οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη
200X100 εκ. TMX 200
75X50 εκ TMX 200
- Ελαστικοί επίδεσμοι 20 εκ TMX 1000
- Επίδεσμος αυτοκόλλητος ισχυρός μετεγχειρητικός 10εκ TMX 200
- Ορθοπεδικός Συνθετικός Νάρθηκας 10 εκ, 15,εκ,7,5εκ από 10 TMX
- Πεταλούδες 21G TMX 3000
- Συσκευές μικροσταγόνων TMX 3000
- Νατράσβεστος για αναισθησιολογικό μηχάνημα ΚΙΛΑ 50
- Απολυμαντικό Εργαλείων –Ενδοσκοπίων
 1. Υψηλού Βαθμού απολυμαντικό και σποροκτόνο υγρό έτοιμο προς χρήση με γλουταραλδεΐδη τουλάχιστον 2% στο τελικό διάλυμα.
 2. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο , φυματιοκτόνο και ιοκτόνο έναντι ιών με και χωρίς περίβλημα (HBV,HIV,HCV ,ADENO, POLIO)
 3. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος

4. να έχει σποροκτόνο δράση εντός το αργότερο 1 ώρας, με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση η οποία να είναι τουλάχιστον $\log 5$
 5. να αναφέρεται η σταθερότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος
 6. να φέρει σήμανση ce
- Απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες με ψεκασμό. Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο. Να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και μυκοβακτηριοδιοκτόνο. Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών. Να μην είναι τοξικό , ερεθιστικό για τον χρήστη. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς στίγματα ίχνη ή κατάλοιπα. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρο με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο.

Παρακαλώ για την αποστολή δειγμάτων.

Στις 17-6-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών.

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ