



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 24-7-2015
Αριθμ. Πρωτ :12285**

**Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361128
Fax : 2681021414**

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
Α)Τ ΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ»
Β)ΕΝΟΣ (1)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ».**

ΣΧΕΤ : α) η από 23-1-2015 αίτηση προμήθειας της προϊσταμένης της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου,

β) η από 20-4-2015 αίτηση προμήθειας της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου,

γ)η υπ'αριθμ.9/5-3-2015 (Θέμα 39^ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω αίτησης προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών.

δ)η υπ'αριθμ.29/9-7-2015 (Θέμα 15^ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά την επανάληψη της πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια και των τεχνικών προδιαγραφών .

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι **την 30-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00π.μ** μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (2681021414) για την προμήθεια **Α)Τ ΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» Β)ΕΝΟΣ (1)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» .**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

- Περιχειρίδα αυτοκόλλητη , πολλαπλών χρήσεων , ανθεκτική κατά το πλύσιμο της και εσωτερικά να περιέχει ελαστική σαμπρέλα διπλού αυλού.
- Να έχει ακρίβεια στην μέτρηση της πίεσης.
- Να είναι ωρολογιακό πιεσόμετρο μπράτσου.
- Η αναγκαία πίεση δημιουργείται από το πουάρ.

- Η βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη και να εξασφαλίζει ελεγχόμενη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Η κλίμακα του πιεσόμετρου να έχει ακτίνα μέτρησης 0-300 mmHg.
- Να διαθέτει δύο (2) μεγέθη περιχειρίδων Large και XLarge .
- Η ακρίβεια μέτρησης να είναι ± 3 mmHg.
- Να δύνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 2 ετών.
- Η συσκευή να διαθέτει CE.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ