



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 21-9-2015
Αριθμ. Πρωτ :15173**

**Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361128
Fax : 2681021414**

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
Α)Τ ΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
Β)ΕΝΟΣ (1)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ
Γ)ΕΝΟΣ(1)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.>>**

ΣΧΕΤ : α) η από 23-1-2015 αίτηση προμήθειας της προϊσταμένης της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου,

β) η από 20-4-2015 αίτηση προμήθειας της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου,

γ)η υπ'αριθμ.34/21-8-2015 (Θέμα 39^ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά την επανάληψη της πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια και των τεχνικών προδιαγραφών .

δ)η υπ'αριθμ.37/14-9-2015 (Θέμα 16^ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά την την ανωτέρω προμήθεια και των τεχνικών προδιαγραφών .

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι **την 29-9-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00π.μ** μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (2681021414) για την προμήθεια **Α)Τ ΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ»**
Β)ΕΝΟΣ (1)ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» .
Γ)ΕΝΟΣ(1)ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.>>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

- Περιχειρίδα αυτοκόλλητη , πολλαπλών χρήσεων , ανθεκτική κατά το πλύσιμο της και εσωτερικά να περιέχει ελαστική σαμπρέλα διπλού αυλού.
- Να έχει ακρίβεια στην μέτρηση της πίεσης.

- Να είναι ωρολογιακό πιεσόμετρο μπράτσου.
- Η αναγκαία πίεση δημιουργείται από το πουάρ.
- Η βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη και να εξασφαλίζει ελεγχόμενη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Η κλίμακα του πιεσόμετρου να έχει ακτίνα μέτρησης 0-300 mmHg.
- Να διαθέτει δύο (2) μεγέθη περιχειρίδων Large και XLarge .
- Η ακρίβεια μέτρησης να είναι ± 3 mmHg.
- Η συσκευή να διαθέτει CE.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ