



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Άρτα 2-10-15
Αριθμ. 16160

Γραφείο : Προμηθειών –Διαχείριση
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 8-10-15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών –Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ. Ν. Άρτας :

1. Αλάτι χοντρό τυροκομικό για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
2. ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ 5 ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ.
(Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφιγγών τύπου 3way σε σειρά ,με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών .Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200cm από πολυθλαίνιο με διατομή αυλού 2.5 χ 4.1m Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. ειδικότερα οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης ,περίπου 0.05 ml (να διαθέτουν στοιχεία) β) εντελώς διαφανείς ,χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min δ) με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας προστατευμένης από σπασίματα κατά την σύνδεση τους.
3. Γάζα απλή 5x5 cm διπλωμένη
4. Αυτοκόλλητες θήκες για κλίβανο ατμού
Α) 200x350 περίπου.
5. Διαθερμίες χειρουργικές μιας χρήσεως (μπαταρία).
6. Αντιμικροβιακοί καθετήρες 3 αυλών διαποτισμένοι με αντιβιοτικά και υδρόφιλη επικάλυψη ez-pass. Να περιέχουν τις δυο αντιβιοτικές ουσίες ριφαμπικίνη και μινοκυκλίνη .Να διατίθενται στο μέγεθος 7f και μήκος 20cm.
7. Συσκευές έγχυσης για χορήγηση διαλυμάτων με τις ηλεκτρονικές αντλίες OPTIMA.
8. Ηλεκτρόδια κύστεως για ουρολογικά χειρουργικά.
Να είναι εύκαμπτα με άκρο κομβίο (μπίλια) .Να έχει μήκος 40cm και διάμετρο 6 FR ώστε να διέρχεται από τις θήκες κύστεοσκοπίου με διάμετρο 19.5 FR και άνω που διαθέτει η κλινική μας . Να συνδέεται και να συνεργάζεται με το μονοπολικό καλώδιο της διαθερμίας που έχει η κλινική μας .
9. Σάκοι ουρητηροστομίας. Να είναι διαφανείς αυτοκόλλητοι με ασφαλές κλείσιμο στην έξοδο των ούρων. Η κολλητική επιφάνεια να είναι να είναι εύκαμπτη, με βαλβίδες αντεπιστροφής και με δυνατότητα προσαρμογής του ανοίγματος έως και 54 mm περίπου.
10. Απολυμαντικό αλκοολούχο , για επιφάνειες ιατρικών μηχανημάτων χειρουργικά τραπέζια.
Να προσφέρεται σε μικρή συσκευασία έως 1000 χιλ. με συσκευή ψεκασμού (spray), να μην περιέχει αλδεΐδες, να περιέχει αλκοόλες, να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV) Να είναι συμβατό με μεταλλικές επιφάνειες. Να έχει αποτελεσματική δράση το αργότερο σε 5 δευτερόλεπτα και να αναφέρεται. Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και να έχει σήμανση CE.

11. SET παρακέντησης θώρακα με βαλβίδα HEIMLICH. Να διαθέτει καθετήρα διαμέτρου 8 FR μήκους 16cm, RADIOPLQUE OVER 18 GA.
12. Αυτοκόλλητα για μέτρηση βάθους αναισθησία συμβατά με την συσκευή bis. Νοσοκομείου.
13. Οδηγοί τραχειοσωλήνων πολλαπλών χρήσεων. Να διατίθενται σε large μέγεθος.
14. Σετ σύνδεσης αποσύνδεσης κεντρικού καθετήρα κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης(FISTULAS) αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο, απορροφητικό αδιάβροχο και μέγεθος από 40x40 έως 50x50 με σπή
 -ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ (μ) ή (s) μέγεθος
 -τέσσερις η πέντε αποστειρωμένες γάζες.
 -ένα ειδικό αντιπεργιακό αυτοκόλλητο (strip) για την στήριξη του καθετήρα.
 -τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα (strip) για την σταθεροποίηση της αρτηριακής και της φλεβικής γραμμής.
 -δύο μαντηλάκια οιοπνεύματος.
 κατά τη λήξη της αιμοκάθαρσης
 -ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ (m) , (s) μέγεθος.
 -τέσσερις η πέντε αποστειρωμένες γάζες
 -μεγάλος αυτοκόλλητος επίδεσμος για την στερέωση του καθετήρα-δύο καπάκια καθετήρα.
- 15 .Αποστειρωμένα set φλεβοκέντησης αιμοκάθαρσης στην έναρξη και στη λήξη
 -αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο απορροφητικό, αδιάβροχο και μέγεθος από 40x40 έως 50x50cm
 -ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ
 -δύο η τρεις αποστειρωμένες γάζες
 -δύο η περισσότερα τολύπια γάζας
 -δύο αντιπεργιακά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των βελόνων της αιμοκάθαρσης
 -τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα για τη σταθεροποίηση των γραμμών.
 Στη λήξη της αιμοκάθαρσης.
 -ένα ζεύγος αποστειρωμένα γάντια λάτεξ
 -δύο η τρεις αποστειρωμένες γάζες
 -δύο μεγάλα τολύπια γάζα.
 -τρία μικρά τολύπια γάζας
 -δύο ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα
 -δύο ειδικά πίεστρα από ελαστικό εύκαμπτο πλαστικό με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 9-10-15 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

