



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ**

**Άρτα 30-11-2015
Αριθμ. Πρωτ :19873**

**Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361128
Fax : 2681021414**

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΕΝΟΣ(1) ΚΟΦΤΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ>>».**

ΣΧΕΤ : α) η από 10/11/2015 αίτηση προμήθειας του κ. Τζουμάκα Κων/νου του Γ.Ν. Άρτας,
β) το από 4/11/2015 δελτίο αναφοράς και αντιμετώπισης βλαβών της κ. Αράπη ότι δεν
επισκευάζεται και απαιτείται αντικατάσταση με κωδ.391.93.
γ) η υπ'αριθμ.48/24-11-2015 (Θέμα 15^ο) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου που αφορά
στην έγκριση της ανωτέρω προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών .

**Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι την 8-12-
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00π.μ μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού
Νοσοκομείου Άρτας (2681021414) για την προμήθεια:**

**1) Να είναι από υλικό τιτανίου για μαλακά σύρματα πάνω από 2mm και για σκληρά
σύρματα**

πάνω από 1,6mm.

2) Να είναι τύπου REALL, να έχει μήκος 22cm.

**3) Να δίνεται εργοστασιακή εγγύηση και ISO , να υπάρχει στο προσφερόμενο είδος
ο κωδικός του εργοστασίου.**

4) Η εγγύηση καλής λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 2έτη.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ