

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ» ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1<sup>Η</sup>  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ**

Σε συνέχεια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενδοφακών, λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις των εταιρειών για το υλικό του ενδοφακού, το φίλτρο της UV ακτινοβολίας και τη γωνία των αγκυλών, οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής :

1). Ακρυλικός αναδιπλούμενος υδρόφιλος ενδοφακός, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με C-Loop σχεδίαση, με διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλ. και ολική διάμετρο 13 χιλ., **με γωνία αγκυλών 0 έως 10 μοίρες**, με **φίλτρο** για την UV ακτινοβολία, με εύρος διοπτριών -10.00D έως 40.00D, για ένθεση από μικρή τομή 2.2 mm στον περιφακικό σάκο αλλά και στο sulcus. Να συνοδεύεται από δωρεάν ενθετήρα μίας χρήσης.

2). Ακρυλικός αναδιπλούμενος **υδρόφοβος** ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με C-Loop σχεδίαση, με διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλ. και ολική διάμετρο 13 χιλ., **με γωνία αγκυλών 0 έως 10 μοίρες**, με **φίλτρο** για την UV ακτινοβολία, με εύρος διοπτριών 0.00D έως 40.00D, για ένθεση από μικρή τομή <2.75mm. Να συνοδεύεται από δωρεάν ενθετήρα μίας χρήσης.

3). Ενδοφακός **προσθίου** θαλάμου, ενός τεμαχίου, από υλικό PMMA, σχήμα επιπεδόκυρτο ή αμφίκυρτο και αγκύλες τύπου KELMANN, 4 σημείων στήριξης. Διάμετρος οπτικής ζώνης μεγαλύτερη ή ίση των 5,5 χιλ. και ολικής διαμέτρου 12 έως 13,5 χιλ. Να διατίθενται σε μεγάλο εύρος διοπτριών.

Για την εύρυθμη λειτουργία και προγραμματισμό των χειρουργείων, επί ποινή απόρριψης τα παραπάνω είδη να είναι άμεσα παραδοτέα, εντός 48 ωρών και σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής διοπτριών, ο μειοδότης προμηθευτής να δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση για την αντικατάστασή τους εντός 48 ωρών επί ποινή έκπτωτης διαδικασίας.