



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Άρτα 28-1-16  
Αριθμ 1710

Γραφείο : Προμηθειών -Διαχείριση  
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης  
47100- Άρτα  
Τηλέφωνο : 2681361127  
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  
ΥΛΙΚΟ >>

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 3-2-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

1. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με caff No 8.  
Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκοπική γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (PILOT), πλήρωσης του CAFF, Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να ναγράφεται το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το Cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF, για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα.
2. Μετατροπέας αιματηρής πίεσης μ.χ. μόνος (transducer). Συμβατά με τα μόνιτορ vita-logic 4500.
3. Καθετήρες tieman No10
4. Λαβίδες μ.χ. (ψαλιδάκια ) πλαστικά.
5. Συνδετικό τύπου ( T ) αναπνευστικού κυκλώματος , με εσωτερική διάμετρο 15mm και εξωτερική διάμετρο 22mm . ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟ. (Δείγμα).
6. Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί No 2.
7. Νεφροειδή μ.χ.
8. Ιμάντες ανάρτησης χειρός collar caff.

9. Μπλούζες χειρουργών αποστειρωμένες μιας χρήσης, αδιάβροχες ,με εξωτερική ή εσωτερική πλαστική ενίσχυση μπροστινό μέρος της μπλούζας και στα μανίκια μεγέθη XL.(ΔΕΙΓΜΑ).

10. Σετ σύνδεσης αποσύνδεσης κεντρικού καθετήρα κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης( FISTULAS) αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο, απορροφητικό αδιάβροχο και μέγεθος από 40x40 έως 50x50 με οπή

- ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ ( μ ) ή (s) μέγεθος
  - τέσσερις η πέντε αποστειρωμένες γάζες.
  - ένα ειδικό αντιπατεργιακό αυτοκόλλητο (strip) για την στήριξη του καθετήρα.
  - τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα (strip) για την σταθεροποίηση της αρτηριακής και της φλεβικής γραμμής.
  - δύο μαντηλάκια οινόπνεύματος.
- κατά τη λήξη της αιμοκάθαρσης
- ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ ( m) , ( s) μέγεθος.
  - τέσσερις η πέντε αποστειρωμένες γάζες.
  - μεγάλος αυτοκόλλητος επίδεσμος για την στερέωση του καθετήρα
  - δύο καπάκια καθετήρα.

11 .Αποστειρωμένα set φλεβοκέντησης αιμοκάθαρσης στην έναρξη και στη λήξη αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο απορροφητικό, αδιάβροχο και μέγεθος από 40x40 έως 50x50cm

- ένα ζεύγος αποστειρωμένα ελαστικά γάντια λάτεξ
  - δύο η τρεις αποστειρωμένες γάζες
  - δύο η περισσότερα τολύπια γάζας
  - δύο αντιπατεργιακά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των βελονών της αιμοκάθαρσης
  - τέσσερα ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα για τη σταθεροποίηση των γραμμών.
- Στη λήξη της αιμοκάθαρσης.
- ένα ζεύγος αποστειρωμένα γάντια λάτεξ
  - δύο η τρεις αποστειρωμένες γάζες
  - δύο μεγάλα τολύπια γάζα.
  - τρία μικρά τολύπια γάζας
  - δύο ειδικά αντιαλεργικά αυτοκόλλητα
  - δύο ειδικά πίεστρα από ελαστικό εύκαμπτο πλαστικό με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης.

12. Πώματα φλεβοκαθετήρων.

13. Σωληνάκια προθρομβίνης. (ΔΕΙΓΜΑ).

14. Καθετήρες – σωλήνες αερίων Νο 22 .

15. Αντλίες έγχυσης φαρμάκων για μετεγχειρητική αναλγησία πολλαπλών ροών είναι αποστειρωμένη μ.χ. με αυτόνομη λειτουργία, με ελαστομερές μπαλόνι 100% σιλικονούχο. Ο σωλήνας να μην τσακίζει και ο ρυθμιστής να είναι μικρός και μακριά από το σημείο σύνδεσης με το ασθενή. Να είναι μ.χ. με αυτόνομη λειτουργία και η ροή έγχυσης να μεταβάλλεται με τη χρήση ειδικού κλειδιού.

- 1) Χωρητικότητα 100 ml με ροή 2-5 ml/h.
- 2) Χωρητικότητας 275-300 ml με ροή 5-8 ml/h.

16. Ιατρικές μπλούζες μη αποστειρωμένες αδιαφανής, να διαθέτουν πλεκτή μανσέτα και να είναι αδιάβροχες μ.χ. για την προφύλαξη του προσωπικού του Γασ/κου –Ενδοσκοπικού Ιατρείου κατά τις ενδοσκοπήσεις Νο (L). (ΔΕΙΓΜΑ).

16. Μητροσκόπια πλαστικά μ.χ. (βλάβες ) ( Μ ).

17. Χωνάκια εξεταστικά ωτοσκοπίου μ.χ Νο 2.5

18. Νάθηκας προστασίας σημείου φλεβοκέντησης extra small.

19. Απολυμαντικό αλκοολούχο , για επιφάνειες ιατρικών μηχανημάτων χειρουργικά τραπέζια. Να προσφέρεται σε μικρή συσκευασία έως 1000 χιλ. με συσκευή ψεκασμού (spray), να μην περιέχει αλδεΐδες, να περιέχει αλκοόλες, να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV) Να είναι συμβατό με μεταλλικές επιφάνειες. Να έχει αποτελεσματική δράση το αργότερο σε 5 δευτερόλεπτα και να αναφέρεται. Να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ και να έχει σήμανση C.

**ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ) :**

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις ημέρα 4-2-16 Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ