



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Άρτα 1-2-16
Αριθμ 1990

Γραφείο : Προμηθειών -Διαχείριση
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΖΥΓΟ >>.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 3-2-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

Για Βρεφοζυγό

Τεχνικές προδιαγραφές βρεφοζυγού

1. Ο ζυγός να είναι καινούργιος και αμεταχειρίστος
2. Να είναι κατάλληλος για χρήση σε νοσοκομεία και για αυτό να είναι πιστοποιημένος κατά κλάση III βάση της Υ.Α. Φ2-171/25-2-2000.
3. Να είναι ηλεκτρονικός με τροφοδοσία από μπαταρίες του εμπορίου
4. Να διαθέτει μέγιστο βάρος ζύγισης 20 Kg και διαβάθμιση 10 gr <10 kg>20gr.
5. Η πλατφόρμα ζύγισης να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να μετατρέπεται σε επιδαπέδιο ζυγό για μικρά παιδιά.
6. Να διαθέτει επιπλέον λειτουργίες, TARE, HOLD, BMIF, αυτόματης απενεργοποίησης.
7. Να έχει βάρος έως 3 Kg.
8. Να διαθέτει CE.
9. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO.
10. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & 13485. Επίσης να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
11. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις ημέρα 4-2-15- Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ