



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ

Άρτα 3-3-16
Αριθμ 4009

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Γραφείο : Προμηθειών -Διαχείριση
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 9-3-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση) του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

1. Απολυμαντικό πλυντηρίων σκωραμίδων.
2. Σπειροειδής σωλήνας για τα αναπνευστικά μηχανήματα μήκους 160cm και εσωτερική διάμετρο 2 cm πολλαπλών χρήσεων.
3. Στρογγυλά μικρά τσιρότα (για μετά την αιμοληψία).
4. Προεκτάσεις ενδοτραχειακών σωλήνων κρικοειδή να αυξομειώνεται το μήκος τους.
5. Πλάκα γαλακτόχρωμες πλαστικές για ομάδες αίματος 10x5 θέσεων.
6. Κάλυμμα τραπέζιου εργαλειοδοσίας μια χρήσης α) ΜΑΥΟ μέγεθος περίπου 150x190 cm περίπου 2 στρωμάτων.
7. Ιατρικές μπλούζες μη αποστειρωμένες αδιαφανής **να διαθέτουν πλεκτή μανσέτα** και να είναι αδιάβροχες μ.χ για την προφύλαξη του προσωπικού του Γασ/κου -Ενδοσκοπικού Ιατρείου κατά τις ενδοσκοπήσεις Νο (Ι). **ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.**
8. Σωληνάρια Vacutainer 10ml αποστειρωμένα διαυγή μιας χρήσεως με πώμα ασφαλείας με αντιπηκτικό EDTAK 180 ME (16X100).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ Κ2ΕΔΤΑ ΤΩΝ 10ΜL

Πλαστικά σωληνάρια γενικής αίματος κενού αέρος αποστειρωμένα διαυγή με πιεστό πώμα ασφαλείας στέγασης εφαρμογής και εύκολης διάτηρησης.

Τα σωληνάρια πρέπει να είναι διαστάσεων 16x100mm να φέρουν αντιπηκτικό 18.0MG EDTA k2 (spray dried) και να δέχονται όγκο δείγματος ολικού αίματος 10 ml.

Τα σωληνάρια πρέπει να έχουν ένδειξη πλήρωσης και επικέτα για τα στοιχεία σήμανσης δείγματος. στο σωληνάριο πρέπει να αναγράφεται το CE, το lot παραγωγής η μέθοδος αποστείρωσης και το REF.

Τα σωληνάρια πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλειστά προαναλυτικά συστήματα.

Προτιμώμενη η συσκευασία των 100 σωληναρίων.

9. Φιαλίδια πλαστικά κενού αέρος (Vacutainer) αποστειρωμένα διαυγή μιας χρήσης με πώμα ασφαλείας των 6 ml χωρίς αντιπηκτικό χωρίς υλικό διαχωρισμού χωρίς επιταχυντή πήξης.

10. Set αιμοδιήθησης συμβατά με το μηχάνημα MULTIFILTRATE FRESENIUS KIT 8 κωδ. CVVHDF 1000.

11. Ενδοτραχειακούς με caff No2

(Τραχειοσωλήνες μ. χ. με CAFF. Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκοπική γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον οδηγό (PILOT), πλήρωσης του CAFF , Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF , για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα.). ΔΕΙΓΜΑ.

12. Καθετήρες Α) DUFOUR 3 WAY - Β) COUVELAIRE 3 WAY με μπαλόνι 60/80ml από μαλακό κίτρινο latex ενισχυμένοι από νάιλον σπирάλ .Να είναι επενδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη , με ευθείες σπές.

Α) DUFOUR NO 18 -NO 20

Β) COUVELAIRE NO 18 -NO 20

13. Απολυμαντικό διάλυμα επιφανειών .Να μην περιέχει αλδεΐδες ,φαινόλες ή χλώριο .Να μην είναι τοξικό και να είναι άοσμο, και μικροβιοκτόνο ,μυκητοκτόνο ιοκτόνο HBV,HIV,HCV,ROTA και μυκοβακτηριδιοκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το επιθυμητού φάσματος. με σήμανση ce .

14. Κατηγορία Α2 (high flux)

Α) Μемβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρολαίνης, επιφάνειας 1.8 m²..

Β) Μемβράνη , πολυσουλφόνης H-dry επιφάνεια 1.8 m² .

15. Κατηγορία Β2 (low flux)

Α) Μемβράνη πολυσουλφόνη τύπου Rextrane επιφάνεια 1.8 m² .

Β) Μемβράνη πολυαιθερικής σουλφόνης τύπου polyetheron επιφάνεια 1.7 m²

16. Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια διαθερμικής προσωρινής βηματοδότησης ενηλίκων μιας χρήσεως συμβατά με Medronic Life Pack 20 e DEFIBRILATOR/MONITOR. **(Να προσφερθούν με μακρά ημερομηνία λήξεως).**

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 10-3-16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

