



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ

Άρτα 8-4-16
Αριθμ 6185

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Γραφείο : Προμηθειών -Διαχείριση
Ταχ.Δ/ση : Λόφος Περάνθης
47100- Άρτα
Τηλέφωνο : 2681361127
Fax : 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >>.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 12-4-16 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ στο οικονομικό τμήμα (Γραφείο Προμηθειών- Διαχείριση) με fax 2681021414 του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

1).Προμήθεια των παρακάτω υλικών : α)αυλού και β)περιχειρίδα , για το επιτοίχιο μόνιτορ παρακολούθησης Nihon Kohden ,model:BSM 2301K και S/N:35705 που βρίσκεται στα **Έκτακτα Εξωτερικά Ιατρεία ,τμήμα παιδιατρικό.**

Ανταλλακτικά:

Α)Αυλός ,Hose , κωδικός:YN 900P,για μόνιτορ παρακολούθησης Nihon Kohden ,model:BSM 2301K ,τεμάχια: 1.

Β)Περιχειρίδα ,κωδικός:YP712T,για μόνιτορ παρακολούθησης Nihon Kohden ,model:BSM 2301K ,τεμάχια :1.

2).Ένα (1) φορητό αναλογικό πιεσόμετρο με ενσωματωμένα ακουστικά για τις ανάγκες του **ΚΕΦΙΑΠ.**

Α)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Περιγραφή:

- Το πιεσόμετρο να είναι με ενσωματωμένα ακουστικά
- Η Περιχειρίδα να είναι αυτοκόλλητη D-Ring
- Να είναι φορητό ωρολογιακό πιεσόμετρο μπράτσου.
- Η αναγκαία πίεση να δημιουργείται από το πουάρ.
- Η βαλβίδα απελευθέρωσης του αέρα να είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη και να εξασφαλίζει ελεγχόμενη μείωση της πίεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- Η κλίμακα του πιεσόμετρου έχει ακτίνα μέτρησης 0-300 mmHg.
- Η ακρίβεια μέτρησης να είναι ± 3 mmHg.
- Να περιέχονται και οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά.
- Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών .
- Η συσκευή να διαθέτει CE.

3).Ένα (1) Card Reader Driver 3,5 ιντζών για την μονάδα Holter Medilog AR-4 της **καρδιολογικής κλινικής**.

Α) Ανταλλακτικό: Card Reader Driver 3,5 ιντζών για ανάγνωση CF,τεμάχια:1.

4). Ένα (1) σύνδεσμο ακροφυσίου για την επισκευή της αντλίας αεροστρώματος Alpha Response με S/N:130036718,που βρίσκεται στην **Μονάδα Εντατικής Θεραπείας**.

Ανταλλακτικό:

Α)Σύνδεσμος ακροφυσίου για αντλία Alpha Response ,κωδικός:464115,τεμάχια:1.

5) Περιχειρίδα μονού αυλού για μόνιτορ NIHON KOHNDEN ,MODEL 230I k μέγεθος large ,τεμάχια 3

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 13-4-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών .

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ