



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ

ΆΡΤΑ 22-7--16  
ΑΡΙΘΜ 12754

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ  
47100- ΑΡΤΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127  
FAX : 2681021414-2681024814

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΥΟΚΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ  
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ >>.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 28-7-16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μμ στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση ) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

- 1 Επίσκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών για μηχανήμα ΚΥΟΚΕΡΑ 5050
  - A) DRUM UNIT
  - B) CHARGE UNIT
- 2 Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου

**Τεχνικές προδιαγραφές:**

- 1.Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας)
- 2.Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- 3.Σήμανση CE ( σύμφωνα με την οδηγία 93/43/EEC)
- 4.Latex free, μη υδραργυρικό
- 5.Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
- 6.Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια
- 7.Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση
- 8.Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης
- 9.Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmHg
10. Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα κτυπήματα
11. Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας
12. Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή, για την καλύτερη χρήση
13. Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm
14. Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον στους 60°C και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα.
15. Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult, Medium, Large, η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο (χρατσ) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο
16. Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς
17. Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή λειτουργία

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 29-7-16 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ