



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ

ΆΡΤΑ 26-8--16
ΑΡΙΘΜ 14259

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
47100- ΑΡΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127
FAX : 2681021414-2681024814

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΥΟΚΕΡΑ ,Β) ΓΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ,Γ) ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ Δ) ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ >>.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 31-8-16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.00 μμ στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

- 1 Επίσκευή και τοποθέτηση ανταλλακτικών για μηχανήμα ΚΥΟΚΕΡΑ 5050
 - A) DRUM UNIT
 - B) CHARGE UNIT
- 2 Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου

Τεχνικές προδιαγραφές:

1. Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας)
2. Ανθεκτικό στα χτυπήματα
3. Σήμανση CE (σύμφωνα με την οδηγία 93/43/EEC)
4. Latex free, μη υδραργυρικό
5. Μικρο φίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
6. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια
7. Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση
8. Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης
9. Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmHg
10. Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα κτυπήματα
11. Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας
12. Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή, για την καλύτερη χρήση
13. Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm
14. Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον στους 60°C και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα.
15. Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult, Medium, Large, η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο (χρατς) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο
16. Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς

17. Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή λειτουργία

3. Μια (1) αυτόνομη θερμοστατική βαλβίδα χωρίς ενεργοποιητή, φλατζωτή PN16 KB33 25mm και ενός θερμοστάτη- ενεργοποιητή αυτόνομων θερμοστατικών βαλβίδων με σωληνίσκο 2m , SA121 για βαλβίδα 1/2 "-3" , περιοχή ρύθμισης 40-105 °C για το δοχείο ημερήσιας κατανάλωσης των ατμολεβήτων και την διατήρηση της θερμοκρασίας.

4. Εξήντα(60) kg. χρώμα ακρυλικό Κωδικό 6192P για εξωτερική χρήση και 20 kg χρώμα πλαστικό για εσωτερική χρήση άοσμο.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 1-9-16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ