



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ 28-6-17
ΑΡΙΘΜ 11752

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
47100- ΑΡΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127
FAX : 2681361408

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ >>.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι της 30-6-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00 μμ στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσων αναγκών των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

1 α) Περιχειρίδα LARGE,μονού αυλού ,πολλαπλών χρήσεων με εσωτερικό πλενόμενο ασκό και β)επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4,8 V 1650 m AH με κωδικό 48 H907N-E για το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο OMRON HEM-907.

2)Ένα πιεσόμετρο χειρός για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αιμοδοσίας με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

- 2.1) Σύγχρονης τεχνολογίας(να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας).
- 2.2) Ανθεκτικό στα χτυπήματα.
- 2.3) Σήμανση CE (σύμφωνα με την οδηγία 90/43/EEC)
- 2.4) Latex free,μη υδραργυρικό.
- 2.5) Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές.
- 2.6) Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια.
- 2.7) Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση.
- 2.8) Μεγάλο καντράν 56-64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης.
- 2.9) Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3 mmHg
- 2.10) Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα κτυπήματα.
- 2.11) Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια ,ανθεκτικός ,υψηλής ποιότητας
- 2.12) Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή ,για την καλύτερη χρήση.
- 2.13) Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm
- 2.14) Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον στους 60⁰ C και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα.
- 2.15) Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult,Medium,Large,η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο(χρατς) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο, χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο.
- 2.16) Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς.
- 2.17) Πέντε (5) χρόνια εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς ,για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή λειτουργία.

3) Επιδαπέδιο ράφι ύψους 2 μέτρα ,βάθος 0,35 μέτρα και πλάτος περίπου ένα μέτρο, με τέσσερα χωρίσματα ανάμεσα, 0,40 μέτρα απόσταση το ένα χωρίσμα από το άλλο.

4) Μεταλλικό πατάρι στο αρχείο γραφείου κίνησης(επίπεδο-2)

5) Διαμόρφωση χώρου στον ημιώροφο για τη στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Υλικά που θα χρειαστούν για το μεταλλικό πατάρι:

120X60X3 (6μ) τεμάχια 15
 100X60X3 (6μ) τεμάχια 26
 60X40X2 (6μ) τεμάχια 20
 80X80X3 (6μ) τεμάχια 3
 Σκαλοπάτια πλάτους 1,00μ, τεμάχια 10
 Ηλεκτρόδια 2,5 χιλ. πακέτα 10
 Κόφτες φ230 10
 30X30X1.50 (γαλβανιζέ) (5) μέτρα ΤΜΧ 10
 38X38X1.50(γαλβανιζέ) ΤΜΧ10
 30X40X1.50(γαλβανιζέ) ΤΜΧ10
 Πλέγμα κάγκελων διαστάσεων 2,00X5,00 (5X10) τεμάχια

Ξυλουργικά:

Φύλλα OSB 1.22X2.44 πάχους 18 χιλ. τεμάχια 3
 Χρώματα
 Μίνιο κιλά 20
 Ντουκόχρωμα κιλά 20.Οι ποσότητες μπορεί να αυξηθούν σε μικρό ποσοστό.

6)Υλικά για τη διαμόρφωση χώρου στον ημιόροφο για τη στέγαση της τεχνικής υπηρεσίας.:

Κατασκευή και τοποθέτηση δυο εσωτερικών ξύλινων θυρών διαστάσεων 2,20X090 με ξύλινη κάσα και επένδυση MDF

Ξύλινος σκελετός διαστάσεων 1,00X10,00 και κάθετα ανά 1,00μ με ξύλο διατομής 6X8 εκ. με ξύλα τεύκης διαστάσεων 6X8 μέτρα μήκους 100μ

Κατασκευή χωρίσματος με φύλλα μελαμίνης 12χιλ ύψος 1,80 μ που θα περιλαμβάνει τον ξύλινο σκελετό στήριξης των φύλλων μελαμίνης.

Φύλλα μελαμίνης διαστάσεων 1,20X2,40 τεμάχια 8
 Φύλλα κόντρα πλακέ τμχ 5

Ηλεκτρολογικό υλικό (Φωτιστικά σώματα, καλώδια ,σωληνώσεις κλπ)
 Πλαστικά φύλλα πάχους 3-4 χιλ μ2 12

7) Δυο(2) συστήματα ρόδας βαρέως τύπου για σασί θαλάμου Φ 125X40/Φ25 προς αντικατάσταση των παλαιών στον ανελκυστήρα των απορριμμάτων.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 3-7-17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

