



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
47100- ΑΡΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681-36-1127
FAX : 26810-24814

ΑΡΤΑ 13 - 9--17

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 16572

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ, ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ, ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ, ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ»

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές **μέχρι την 18-9-17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.00 μμ** στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών - διαχείριση) του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

- 1 Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων (κωδικός DS 100A) για το μόνιτορ παρακολούθησης Vitalogik 4500, Mennen**
- 2 Πιεσόμετρο με μανόμετρο χειρός, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές :**

Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου

Τεχνικές προδιαγραφές:

1. Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας)
2. Ανθεκτικό στα χτυπήματα
3. Σήμανση CE (σύμφωνα με την οδηγία 93/43/EEC)
4. Latex free, μη υδραργυρικό
5. Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
6. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια
7. Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση
8. Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης
9. Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmHg
10. Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα κτυπήματα
11. Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας
12. Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή, για την καλύτερη χρήση
13. Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm
14. Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, **μονού αυλού**, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον στους 60°C και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα.

15. Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult, Medium, Large, η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο (χρατσ) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο **χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο**
16. Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς
17. Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή λειτουργία

3 Περιχειρίδα μονού αυλού adult 18-26cm

4 Περιχειρίδα μονού αυλού adult 25-35cm

5 Λαμπάκια για το ωτοσκόπιο HEINE EN 100 HEINE XHL 3,5V κωδικός X-02.88.078

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ , ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 19-9-17 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ θα διενεργηθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ