



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ 18-10-17
ΑΡΙΘΜ 19269

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
47100- ΑΡΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127
FAX : 2681024814 - 2681021414

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : <<ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >>

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 20-10-17 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ :

- 1.Μπαταρία για την φορητή αναρρόφηση FLAEM ΝΥΟΝΑ με SN :09A4890121
2. Πιεσόμετρο με μανόμετρο χειρός, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές

Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου
Τεχνικές προδιαγραφές:

- Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας)
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Σήμανση CE (σύμφωνα με την οδηγία 93/43/EEC)
- Latex free, μη υδραργυρικό
- Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές
- Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια
- Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση
- Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης
- Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmHg
- Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα χτυπήματα
- Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας
- Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή, για την καλύτερη χρήση
- Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm
- Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον στους 60oC και με δυνατότητα να εμβάπτιζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα.
- Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult, Medium, Large, η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο (χρατσ) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο
- Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς
- Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή λειτουργία

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΤΙΣ 23 -10 -17 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

