



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ 24 - 10 -17

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. οικ.19668

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ
 47100- ΑΡΤΑ
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681-36-1127
 FAX : 26810-24814

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ κλπ»

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές **μέχρι την 27-10-17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00 μμ** στο οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών - διαχείριση) του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :

1)ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΕΒΩΝ :

1. Να είναι υψηλής ποιότητας τελευταίας τεχνολογίας.
2. Να διαθέτει πηγή φωτισμού 150 W τουλάχιστον.
3. Να διαθέτει καλώδιο φωτισμού 6 ft οπτικών ινών.
4. Να διαθέτει μεγάλο δακτύλιο φωτισμού για καλύτερη πρόσβαση και ομοιόμορφο φωτισμό.
5. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας (αυξομειούμενη ένταση του φωτισμού), ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη.
6. Να είναι κατάλληλο για παιδιατρική χρήση.
7. Να πληροί τα διεθνή standards, να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά, σήμανση CE.
8. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας: α)με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων EN ISO 9001:08 β)με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού EN ISO 13485:03.
9. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) και παροχή ανταλλακτικών δέκα (10) έτη.

2) ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 02 (STAR-LUMEN TUBING) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μ.Χ., ΜΗΚΟΥΣ >4Μ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 14 F

3) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4,8 V 1650 m ΑΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 48 H907N-E ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ OMRON HEM-907.

4) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ COUVELAIR ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ 3WAY ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ 30/50ML Νο14 & Νο16 ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΚΙΤΡΙΝΟ LATEX ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΝΑΪΛΟΝ, ΜΕ ΕΥΡΕΙΕΣ ΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ.

5) ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΙΚΡΑ ΤΣΙΡΟΤΑ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ (μετά την μετάγγιση) για ασθενείς που κάνουν χρήση αντιθρομβωτικών φαρμάκων.

6) ΒΑΣΗ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΠΛΗΡΗΣ (επιτοίχια μπουκάλια οξυγόνου με πώμα)

7) ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) :

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στις 30-10-17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ