

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :4.960,00€συμπερ/νου Φ.Π.Α.)  
(CPV:33124100-6) ( Συσκευές Διαγνωστικής)**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**A. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ**

**Με τις παρακάτω Δυνατότητες :**

- 1 Δημογραφικά Στοιχεία Ασθενούς (Όνομα – Επίθετο – ΑΜΚΑ κλπ)
- 2 Δυνατότητα Capture Εικόνας - Video από οποιαδήποτε πηγή εικόνας (**Format Support** : High definition signal (4kDCI - HDMI – DVI – SD – Sdi) - Analogue signal (Svideo - Composite) . Na περιλαμβάνονται στην προσφορά τα ανάλογα καλώδια-μετατροπές σήματος εάν απαιτηθούν.
- 3 Δυνατότητα εισαγωγής εικόνας – video ,Επεξεργασία εικόνων – video
- 4 Δυνατότητα Διαχείρισης Εικόνας και Αναζήτηση αυτών με χαρακτηρισμό
- 5 Επιπρόσθετη μια (1) άδεια χρήσης του λογισμικού
- 6 Να συνδεθεί με το λογισμικό PACS για την μεταφορά εικόνων (Dicom)
- 7 Διασύνδεση με ύπαρχων και μελλοντικούς ιατρικούς φάκελους ασθενών του Νοσοκομείου .
- 8 Να έχει δυνατότητα CAPTURE (sd/sdi) (Na περιλαμβάνονται στη προσφορά τα ανάλογα καλώδια-μετατροπές εάν απαιτηθούν.)
- 9 Να έχει δυνατότητα REMOTE CONTROL. (Na περιλαμβάνονται στη προσφορά τα ανάλογα καλώδια-μετατροπές εάν απαιτηθούν.)

**B. HARDWARE**

Υπολογιστής Σταθερός με Έγχρωμο Monitor 21-22” Full HD 1920x1050

<b>Λειτουργικό σύστημα</b>	Windows 11 pro
<b>CPU</b>	Core i7/ quad core
<b>Μνήμη RAM</b>	16 GB
<b>Δίσκος</b>	SSD
<b>Χώρος στο δίσκο</b>	500 GB
<b>Ανάλυση Οθόνης</b>	wide οθόνη 16:9: Full HD 1920x1050
<b>Κάρτα γραφικών</b>	2 GB με DirectX 9 ή μεταγενέστερη έκδοση με πρόγραμμα οδήγησης WDDM 1.0

**Κάρτα Δίκτυου**  
**Θύρες επικοινωνίας**  
**Μέσο Αποθήκευσης**

1 Gbps  
2X Usb 3.0  
DVD Writer

### **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

1. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 .
2. Να διαθέτει δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο και διάγνωση βλαβών. Να αναφερθούν οι απαιτήσεις εγκατάστασης.
3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και εργασίας εκτός αναλωσίμων, καθώς και προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος, μετά το πέρας της εγγύησης για έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας.
4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
5. Να συνταχθεί πλήρες, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω.
6. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαίδευση, στο Ιατρικό Νοσηλευτικό και Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον φορέα και για όσες φορές χρειαστεί.
7. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει:  
Α) Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manuals) μεταφρασμένα οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :4.960,00€συμπερ/νου Φ.Π.Α.)**  
**(CPV:33124100-6) ( Συσκευές Διαγνωστικής)**