

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :4.960,00€συμπερ/νου Φ.Π.Α.)
(CPV:33124100-6) (Συσκευές Διαγνωστικής)**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

A. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Με τις παρακάτω Δυνατότητες :

- 1 Δημογραφικά Στοιχεία Ασθενούς (Όνομα – Επίθετο – ΑΜΚΑ κλπ)
- 2 Δυνατότητα Capture Εικόνας - Video από οποιαδήποτε πηγή εικόνας (**Format Support** : High definition signal (4kDCI - HDMI – DVI – SD – Sdi) - Analogue signal (Svideo - Composite) . Να περιλαμβάνονται στην προσφορά τα ανάλογα καλώδια-μετατροπές σήματος εάν απαιτηθούν.
- 3 Δυνατότητα εισαγωγής εικόνας – video ,Επεξεργασία εικόνων – video
- 4 Δυνατότητα Διαχείρισης Εικόνας και Αναζήτηση αυτών με χαρακτηρισμό
- 5 Επιπρόσθετη μια (1) άδεια χρήσης του λογισμικού
- 6 Να συνδεθεί με το λογισμικό PACS για την μεταφορά εικόνων (Dicom)
- 7 Διασύνδεση με ύπαρχων και μελλοντικούς ιατρικούς φάκελους ασθενών του Νοσοκομείου .
- 8 Να έχει δυνατότητα CAPTURE (sd/sdi) (Να περιλαμβάνονται στη προσφορά τα ανάλογα καλώδια-μετατροπές εάν απαιτηθούν.)
- 9 Να έχει δυνατότητα REMOTE CONTROL. (Να περιλαμβάνονται στη προσφορά τα ανάλογα καλώδια-μετατροπές εάν απαιτηθούν.)

B. HARDWARE

Υπολογιστής Σταθερός με Έγχρωμο Monitor 21-22” Full HD 1920x1050

Λειτουργικό σύστημα	Windows 11 pro
CPU	Core i7/ quad core
Μνήμη RAM	16 GB
Δίσκος	SSD
Χώρος στο δίσκο	500 GB
Ανάλυση Οθόνης	wide οθόνη 16:9: Full HD 1920x1050
Κάρτα γραφικών	2 GB με DirectX 9 ή μεταγενέστερη έκδοση με πρόγραμμα οδήγησης WDDM 1.0

Κάρτα Δίκτυου
Θύρες επικοινωνίας
Μέσο Αποθήκευσης

1 Gbps
2X Usb 3.0
DVD Writer

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 .
2. Να διαθέτει δυνατότητα για απομακρυσμένο έλεγχο και διάγνωση βλαβών. Να αναφερθούν οι απαιτήσεις εγκατάστασης.
3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και να αναφερθεί η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και εργασίας εκτός αναλωσίμων, καθώς και προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλωσίμων της μονάδος, μετά το πέρας της εγγύησης για έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας.
4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
5. Να συνταχθεί πλήρες, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω.
6. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαίδευση, στο Ιατρικό Νοσηλευτικό και Τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον φορέα και για όσες φορές χρειαστεί.
7. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει:
Α) Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manuals) μεταφρασμένα οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :4.960,00€συμπερ/νου Φ.Π.Α.)
(CPV:33124100-6) (Συσκευές Διαγνωστικής)