

**Θέμα :ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ – ΣΥΡΙΓΓΙΑ**

Να προσφέρεται καθετήρας οπτικής ίνας που να διαθέτει πρίσμα δακτυλίων κυκλικής εκπομπής της ενέργειας 360 μοιρών μίας χρήσης με διάμετρο 600μm ή 400μm κατά περίπτωση και μήκος 1,5m.

Να διαθέτει διαβάθμιση ανά εκατοστό ,να έχει βιδωτό βύσμα σύνδεσης τύπου SMA 905 και να είναι συμβατός με φορητή γεννήτρια δυοδικού λέιζερ που εκπέμπει ενέργεια σε μήκος κύματος 1470nm μέγιστης ισχύς 12W με μήκος παλμού 200μs-100s , βάρους 13kgf και να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχή-ημί συνεχή-παλμική και φλεβολογική μεταφορά της ενέργειας έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται κάθε πιθανό περιστατικό.

Η γεννήτρια να καταναλώνει max ενέργεια 500VA κλάσης laser 4 και να έχει κλειδί προστασίας.

Η προσφερόμενη ίνα να είναι του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου με αυτού της γεννήτριας.

Να διατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.

Να διατεθεί αντιπρόσωπος την ημέρα της εκτέλεσης του χειρουργείου.

Να είναι άμεσα διαθέσιμη η γεννήτρια στο χώρο του χειρουργείου.

Τιμή μονάδος (σετ) :1.050 € + 13% φπα.

Ποσότητα ανά έτος: (15) σετ