

Εφάπαξ προληπτικές συντηρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Άρτας .

A) Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εφάπαξ ετήσιες προληπτικές συντηρήσεις:

ΤΜΗΜΑ 1.

1.Εφάπαξ προληπτική συντήρηση, για τα αναισθησιολογικά μηχανήματα, LEON PLUS, τεμάχια:4, που βρίσκονται στα Χειρουργεία.

Στο χειρουργείο είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σύμφωνα με την σύμβαση προμήθειας με Αριθμ. Σύμβασης:195/07-01-2010 τέσσερα (4) αναισθησιολογικά μηχανήματα LEON PLUS ,του οίκου Heinen Loewenstein Γερμανίας με τους παρακάτω κωδικούς:1)0200010HUL00201219,2) 0200010HUL00201208,3) 0200010HUL00201222,4) 0200010HUL00201218.

Στα παραπάνω αναισθησιολογικά μηχανήματα έγινε εφάπαξ ετήσια προληπτική συντήρηση στις 6/9/2024. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Σύμφωνα με τον χρόνο λειτουργίας τους και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου για την ετήσια συντήρηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά:

A) Ανταλλακτικά:

- Σετ συντήρησης ενός έτους (1Y) Leon Plus, κωδικός:H280209051-1, τεμάχια:4

- Αισθητήρας Οξυγόνου, κωδικός:H280208766hul201, τεμάχια:4

Προϋπολογισμός ανταλλακτικών : 3.084,00€+Φ.Π.Α.(3.824,16€)

B)Εργασία: η οποία περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση και τον τελικό ποιοτικό έλεγχο των τεσσάρων (4) αναισθησιολογικών μηχανημάτων.

Προϋπολογισμός εργασίας : 2.520,00€+Φ.Π.Α. (3.124,80€).

ΤΜΗΜΑ 2.

2.Εφάπαξ προληπτική συντήρηση, για τους (3) αναπνευστήρες LOWEINSTEIN , model: ELISA 500 με κωδικούς α) s/n:05200421, β) s/n:05200664, γ) s/n:05200619 αντίστοιχα που βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σύμφωνα με την παραχώρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. Οικ/4271 /27-01-2022 του Υπουργείου Υγείας, τρεις (3) αναπνευστήρες

LOWEINSTEIN , model: ELISA 500 με κωδικούς α) s/n:05200421, β) s/n:05200664, γ) s/n:05200619 αντίστοιχα.

Η προηγούμενη προληπτική συντήρηση που έγινε για τους παραπάνω τρείς (3) αναπνευστήρες ELISA 500, ήταν στις 19/04/2024.

Σύμφωνα με τον χρόνο λειτουργίας τους και με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου για την ετήσια συντήρηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά:

A) Ανταλλακτικά:

-Service kit, κωδικός:H28691150, τεμάχια:3

Προϋπολογισμός ανταλλακτικών :1.089,00€+Φ.Π.Α.(1.350,36€)

B)Εργασία: η οποία περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση και τον τελικό ποιοτικό έλεγχο των τεσσάρων (4) αναισθησιολογικών μηχανημάτων.

Προϋπολογισμός εργασίας :1.530,00€+Φ.Π.Α. (1.897,20€).

Παραθέτονται οι όροι – τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτονται για τις εφάπαξ προληπτικές συντηρήσεις των τμημάτων 1,2,.

B) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

• ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια ή ιδιωτικά Νοσηλευτικά ιδρύματα για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση ετήσια ή εφάπαξ , παρόμοιου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία τρία χρόνια.

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004, ή εναλλακτικά να διαθέτει EN ISO 13485/2016 (τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

• ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την συντήρηση και για την διάγνωση βλαβών.

• ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση για τις εργασίες τεχνικής υποστήριξης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή , να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό , ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία.

Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά τα οποία να βρίσκονται σε ισχύ .

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για τα μηχανήματα όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί μεθόδους και μέσα που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, καθώς επίσης και μη εκρηκτικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλικών.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί επ' ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει την έγκριση του Νοσοκομείου, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσματος προκύψει από αυτά.

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του Νοσοκομείου, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών συντήρησης) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των μηχανημάτων να πληροί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους.

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαραίνουν τον Ανάδοχο.

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει τον τελικό ποιοτικό έλεγχο των συστημάτων καθώς και ότι άλλο προβλέπεται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία όπως αυτά ορίζονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

Μετά το πέρας της συντήρησης θα χορηγηθεί σχετικό τεχνικό δελτίο στο οποίο θα αναγράφεται η λειτουργική κατάσταση των συστημάτων καθώς και ο χρόνος της επόμενης συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Συνολική δαπάνη για τις εφάπαξ ετήσιες προληπτικές συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Άρτας είναι :

Συνολική δαπάνη για ανταλλακτικά: 4.173,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% (5.174,52€ συμπερ/νου Φ.ΠΑ.

Συνολική δαπάνη εργασία: 4.050,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% (5.022,00€ συμπερ/νου Φ.ΠΑ αντίστοιχα.

Συνολική δαπάνη για τις εφάπαξ ετήσιες προληπτικές συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για δύο (2) έτη του Γ.Ν. Άρτας είναι :

Συνολική δαπάνη για ανταλλακτικά: 8.346,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% (10.349,04€ συμπερ/νου Φ.ΠΑ.

Συνολική δαπάνη εργασία: 8.100,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% (10.044,00€ συμπερ/νου Φ.ΠΑ αντίστοιχα.