

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ»**

**CPV : 33141615-4**

### **I. ΕΙΔΗ**

|          |                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Απλοί ουροσυλλέκτες μίας χρήσεως (μη αποστειρωμένοι)</b>                                                                                                 |
| <b>B</b> | <b>Ουροσυλλέκτες προστατεκτομής 4 lit με βρυσάκι (αποστειρωμένοι)</b>                                                                                       |
| <b>Γ</b> | <b>Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος (αποστειρωμένοι)</b><br>Ουροσυλλέκτες διπλής συρραφής και με βαλβίδα μη παλινδρόμησης 2lit με βρυσάκι (αποστειρωμένοι) |
| <b>Δ</b> | <b>Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων κλειστού κυκλώματος (αποστειρωμένοι)</b>                                                                            |

### **II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **1. Απλοί ουροσυλλέκτες μίας χρήσεως (μη αποστειρωμένοι)**

Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml
2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
5. Να διαθέτουν ειδικές τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας

#### **2.Ουροσυλλέκτες προστατεκτομής 4 lit με πουαρ και βρυσάκι (αποστειρωμένοι)**

Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρητικότητας 4000ml
2. Να έχουν πουάρ
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
5. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
6. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC
7. Να έχουν βρυσάκι
8. Να έχει πρόσβαση για δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια
9. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι

#### **3. Ουροσυλλέκτες κλειστού κυκλώματος (αποστειρωμένοι)**

Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml
2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας

4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
5. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
6. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC
7. Να διαθέτουν ειδικές τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα
8. Να έχουν ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη
9. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι
10. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων
11. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή - πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια
12. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι

#### **4. Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων κλειστού κυκλώματος (αποστειρωμένοι)**

Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml
2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml
3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας
4. Να έχουν μήκος σωλήνα 110-120 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα
5. Να διαθέτουν ολοκληρωμένο σύστημα στερέωσης στην κλίνη του ασθενούς
6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη
7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας
8. Να έχουν ειδική στρόφιγγα εκκένωσης του σάκου, ασφαλής και εύχρηστη
9. Να υπάρχει ειδικό κλιπ για τη διακοπή της ροής των ούρων
10. Να υπάρχει κοντά στο ρύγχος ειδική υποδοχή - πρόσβαση για εύκολη και ασφαλή δειγματοληψία ούρων για καλλιέργεια- με χρήση σύριγγας χωρίς βελόνα
11. Να φέρουν συσκευή ωριαίας μέτρησης χωρητικότητας 500cc
12. Να φέρουν σταγονομετρικό θάλαμο για έλεγχο της ροής των ούρων και βαλβίδα αντεπιστροφής
13. Να έχουν φίλτρο αέρα για αποσυμπίεση των ούρων
14. Να είναι ατομικά συσκευασμένοι και αποστειρωμένοι

### **III . ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:**

- Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής
- Οι ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94
- Να είναι πιστοποιημένα ( σήμανση CE )
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν υπόλοιπο ζωής τουλάχιστον δύο (2) έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης
- Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή μεταφορά
- Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά τη συσκευασία
- Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο ή αναγνωρισμένο εργαστήριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου φορέα
- Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προβεί σε έλεγχο δειγμάτων, το κόστος του οποίου βαρύνει τον προμηθευτή
- Να κατατεθούν για τα αντίστοιχα είδη δείγματα δύο για το καθένα

#### IV. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

| A/A | ΕΙΔΗ                                                                                                                                                                                         | ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔ<br>ΑΣ<br>ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ 24%   | ΣΥΝΟΛΟ<br>ΜΕ ΦΠΑ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|
| 1   | <b>Απλοί<br/>ουροσυλλέκτες<br/>μίας χρήσεως (μη<br/>αποστειρωμένοι)</b>                                                                                                                      | 013201006 | ΤΕΜΑΧΙΟ          | 10.000   | 0,13€                               | 1.300,00 €          | 312,00 €  | 1.612,00 €       |
| 2   | <b>Ουροσυλλέκτες<br/>προστατεκτομής<br/>4 lit με πουάρ και<br/>βρυσάκι<br/>(αποστειρωμένοι)</b>                                                                                              | 013201007 | ΤΕΜΑΧΙΟ          | 500      | 3,5€                                | 1.750,00 €          | 420,00€   | 2.170,00€        |
| 3   | <b>Ουροσυλλέκτες<br/>κλειστού<br/>κυκλώματος<br/>(αποστειρωμένοι)<br/>Ουροσυλλέκτες<br/>διπλής συρραφής<br/>και με βαλβίδα μη<br/>παλινδρόμησης 2lit<br/>με βρυσάκι<br/>(αποστειρωμένοι)</b> | 013202001 | ΤΕΜΑΧΙΟ          | 10.000   | 0,3€                                | 3.000,00 €          | 720,00 €  | 3.720,00 €       |
| 4   | <b>Ουροσυλλέκτες<br/>ωριαίας μέτρησης<br/>ούρων κλειστού<br/>κυκλώματος<br/>(αποστειρωμένοι)</b>                                                                                             | 013201001 | ΤΕΜΑΧΙΟ          | 200      | 2,00€                               | 400,00 €            | 96,00 €   | 496,00 €         |
| 5   | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ<br/>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕ<br/>ΙΣ ΔΑΠΑΝΗ</b>                                                                                                                                             |           |                  |          |                                     | 6.450,00 €          | 1.548,00€ | 7.998,00 €       |

**Συνολικός προϋπολογισμός για ένα (1) έτος 7.998,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ**