

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (CPV:3314000-3)
«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	Μονάδα Μέτρησης
1	Αδιάβροχα υποσέντονα μη αποστειρωμένα, διαστάσεων 80 x 180cm (+- 5cm) Από απορροφητικό και υποαλλεργικό υλικό μιας χρήσης, να εξασφαλίζουν απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώμα, να μην τρίβονται, να μην αφήνουν χνούδι και η μία επιφάνεια να έχει αδιάβροχη επένδυση με μεγάλη απορροφητικότητα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές.	13509314	40.000	TEMAXIA
2	Δοχεία συλλογής ούρων (24ώρου) 2 λίτρων πλαστικά με διαγράμμιση, καπάκι και χειρολαβή	13509034	1800	TEMAXIA
3	Κύπελλα ούρων. Διαφανή, πλαστικά από πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο αποστειρωμένα με διαβάθμιση χωρητικότητας 60-120 ml με βιδωτό πώμα. Να φέρουν την σήμανση CE, να είναι συσκευασμένα ανά τεμάχιο και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως.	13509320	20.000	TEMAXIA
4	Κύπελλα ούρων. Διαφανή, πλαστικά από πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο μη αποστειρωμένα με διαβάθμιση χωρητικότητας 60-120 ml με βιδωτό πώμα. Να φέρουν την σήμανση CE και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως.	13509319	2.000	TEMAXIA
5	Βραχιολάκι-ταυτότητα ενηλίκων. Να είναι αδιάβροχο με σταθερό κούμπωμα, από υλικό υποαλλεργικό μαλακό, με στρογγυλεμένες άκρες. Να αφαιρείται μόνο με κόψιμο και να αναγράφονται, προστατευμένο από υγρά, τα στοιχεία του ασθενούς. ΝΑ κλείνουν με πλαστικό κούμπωμα και ΝΑ διατίθενται με καρτελάκι για να γράφονται οι πληροφορίες.	13509767	5000	TEMAXIA
6	ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝΗ ταινία που θα περιλαμβάνεται στη συσκευασία να είναι αυτοκόλλητη υποαλλεργική non woven,	30701003	100	TEMAXIA
7	Πώματα για στρόφιγγες Απλά, αποστειρωμένα. Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξεως. Να έχουν τέλεια εφαρμογή με τους φλεβικούς και αρτηριακούς καθετήρες χωρίς να γίνονται διαρροές ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι εμβολών λόγω εισαγωγής αέρα. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.	12499003	60.000	TEMAXIA
8	Στατώ πλαστικά για ουροσυλλέκτες. Σκληρό πλαστικό ιατρικού τύπου με τέσσερις υποδοχές δυο δεξιά δυο αριστερά να εφαρμόζονται όλων των τύπων οι ουροσυλλέκτες.	13509002	1000	TEMAXIA
9	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό ύφασμα βραδύκαυστο υποαλλεργικού μεγάλης αντοχής με επένδυση μαλακού υφάσματος για να μην τραυματίζει ή ερεθίζει τους ασθενείς. Οι ιμάντες να έχουν μήκος 135 cm και πλάτος 6 cm περίπου. Ρυθμιζόμενου μήκους για δυνατότητα προσαρμογής Να φέρουν δύο ζεύγη οπών μέσω των οποίων δένεται η μία άκρη στο κρεβάτι και η άλλη στο άκρο του ασθενούς. Κάθε ιμάντας να ασφαλίσει με μαγνητικό κλείστρο ασφαλείας (κλειδαριά με	13509341	10	TEMAXIA

	στρογγυλή βάση ασφαλείας) και να ανοίγει με ειδικό μαγνητικό κλειδί. Να υπάρχει δυνατότητα απολύμανσης			
10	Βεντούζες καρδιογράφου ενηλίκων. Το μεταλλικό μέρος να μην οξειδώνεται. Το πουάρ να είναι πλενόμενο από ανθεκτικό υλικό. Παρέχουν εξαιρετική αγωγιμότητα και σταθερό σήμα. Είναι εύκολες στην τοποθέτηση και τον καθαρισμό. Συμβατές με τους περισσότερους τύπους καρδιογράφων της αγοράς.	13509004	60	TEMAXIA
11	Ηλεκτρόδια προσωρινής επιδερμικής βηματοδότησης SET. Μιας χρήσης αυτοκόλλητα συμβατό με μόνιτορ – βηματοδότη ZOLL μέγιστης ενέργειας 360 J ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης & βηματοδότησης για αυτόματο απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll, ενηλίκων. • Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης • Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor) • Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση • Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγωγίμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο • Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων Η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του • Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου • Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους • Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex προκειμένου να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα • Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση • Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση 4 • Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, εάν το ζεύγος ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της • Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του • Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση • Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο	13509826	5	SET

	πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη • Να διαθέτει CE mark • Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά			
12	Ηλεκτρόδια προσωρινής επιδερμικής βηματοδότησης set ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ - ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Nihon Kohden • Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης. Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση • Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγώγιμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο • Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων. Η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του • Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου • Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους • Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex προκειμένου να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα • Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση • Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση 4 • Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, εάν το ζεύγος ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της • Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του • Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση • Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη • Να διαθέτει CE mark • Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά	13509621	20	SET
13	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια διαδερμικής προσωρινής βηματοδότησης ενηλίκων.	13509763	20	TEMAXIA
14	Ηλεκτρόδια προσωρινής βηματοδότησης Set με three Way και σύριγγα 5 Fr με μπαλονάκι και μεταλλικούς συνδετικούς ακροδέκτες να είναι ακτινοσκοπικός. Η συσκευασία να περιλαμβάνει σύριγγα για έκπτυξη του μπαλονιού	13509669	20	SET

15	Γέλη. Μη τοξική υποαλλεργική κατάλληλη, για υπερήχους, σε συσκευασία των 250 ml. Υποαλλεργικό για να μην προκαλεί αντιδράσεις στην επαφή με το δέρμα. Να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα χωρίς ξέβγαλμα. Να μην περιέχει ελαιώδης ουσίες και φορμαλδεΐδη. Να είναι άοσμο . Να προσφερθεί με αντλία ασφαλούς έγχυσης.	13509277	200	TEMAXIA
16	Γέλη. Μη τοξική υποαλλεργική κατάλληλη, για υπερήχους, σε συσκευασία των 5 LIT. Υποαλλεργικό για να μην προκαλεί αντιδράσεις στην επαφή με το δέρμα. Να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα χωρίς ξέβγαλμα. Να μην περιέχει ελαιώδης ουσίες και φορμαλδεΐδη. Να είναι άοσμο . Να προσφερθεί με αντλία ασφαλούς έγχυσης.	1YG00001409	100	TEMAXIA
17	Γέλη. Μη τοξική υποαλλεργική κατάλληλη, , ηλεκτροκαρδιογραφήματα και monitor σε συσκευασία των 250 ml. Υποαλλεργικό για να μην προκαλεί αντιδράσεις στην επαφή με το δέρμα. Να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα χωρίς ξέβγαλμα. Να εξασφαλίζει άριστη αγωγιμότητα και ακριβής καταγραφή του καρδιακού σήματος	NEO ΕΙΔΟΣ	200	TEMAXIA
18	Λαβίδες πλαστικές σφράγισης σωλήνων.	13509318	1000	TEMAXIA
19	Στρωματοθήκες κρεβατιών. Μιας χρήσης, αδιάβροχες, πλαστικές με λάστιχο, να αγκαλιάζουν το στρώμα , να είναι συμβατές με διαστάσεις 90x1,90 m.	10302001	10000	TEMAXIA
20	Θερμόμετρα ψηφιακά. Άκαμπτα ασφαλή, άθραυστα αδιάβροχα, ακρίβειας, 1 λεπτού από μασχάλη με δυνατότητα απολύμανσης	13503006	1500	TEMAXIA
21	Νεφροειδή χάρτινα. Μιας χρήσεως. Να έχουν αντοχή στα υγρά και να είναι από σκληρό χαρτί μη τοξικό. Να διατηρούν το σχήμα τους χωρίς διαρροές υγρών για τουλάχιστον 4-5 ώρες από τη χρήση τους.	13509051	30000	TEMAXIA
22	Ποτηράκια φαρμάκων. Πλαστικά διαφανή με διαβάθμιση έως 30 cc	13509058	30000	TEMAXIA
23	Ρολλά για εξεταστικό κρεβάτι. Πλάτους 50cm . Αποτελούμενο από χαρτί μιας χρήσης κατάλληλο για εξεταστική κλίνη. Να είναι αντοχής αδιάβροχο και να φέρει ειδική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο με θερμοκόλληση. Σε διακεκομένα φύλλα .	13509682	3500	TEMAXIA
24	Σπάτουλες (γλωσσοπίεστρα). Αποστειρωμένες ξύλινες σε ατομική συσκευασία	1YG0000042	20000	TEMAXIA
25	Ουροδοχεία πλαστικά ανδρών. Από ανθεκτικό πλαστικό, να μπορεί να πλυθεί με απολυμαντικά διαλύματα και στο ειδικό πλυντήριο σκωραμίδων. Να φέρει διαβάθμιση.	13509707	1500	TEMAXIA
26	Φακαρόλα υφασμάτινη (ρολό). Να είναι βαμβακερή 100% σε ρολό των 100 m και πλάτος 1-2 cm.	20499002	100	TEMAXIA
27	Περιχειρίδες ελαστικές αιμοληψίας περιλαμβάνουν αυτόματο μηχανισμό κλιπ, ελαστικό ιμάντα μήκους περίπου 40 cm, και δυνατότητα χρήσης/αφαίρεσης με το ένα χέρι. Υλικό: Υψηλής ποιότητας ελαστικό υλικό (συνήθως Latex-free ή ανθεκτικό λάστιχο/νάιλον για ασφάλεια). Μηχανισμός: Αυτόματη πλαστική ή μεταλλική πόρπη (κλιπ) για γρήγορη και εύκολη	13509215		TEMAXIA

	εφαρμογή/αφαίρεση με το ένα χέρι. Διαστάσεις: Μήκος ιμάντα περίπου 40 cm (συχνά ρυθμιζόμενο). Χρώματα: Διατίθενται σε διάφορα χρώματα (π.χ. μπλε, κόκκινο, πράσινο). Ασφάλεια: Σχεδιασμένες ώστε να μην τσιμπούν το δέρμα και να μην προκαλούν αλλεργίες (latex-free). Καθαρισμός: Επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό ή απολύμανση.		500	
28	Ισοθερμικά πεδία διαστάσεων περίπου 210X 120εκ. +/-10%.Με αλουμίνιο και polyester, να είναι Latex free, μη αγωγίμα, , ☐ Υλικό: Κατασκευασμένες από μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE-foil) με επικάλυψη αλουμινίου. Διαστάσεις: Συνήθως 160x210 cm, κατάλληλες για πλήρη κάλυψη ενός ενήλικα. Βάρος: Εξαιρετικά ελαφριές, περίπου 50 gr Χρώμα/Όψεις: Χρυσό/Ασημί (ή Ασημί/Ασημί). Η ασημί πλευρά αντανakλά τη θερμότητα (έσω), η χρυσή απορροφά (έξω). Πιστοποίηση: Πληρούν τα πρότυπα DIN 13164 να έχουν πιστοποίηση ISO. Χρήση: Μίας χρήσης. να μην απελευθερώνουν ίνες κατά τη χρησιμοποίησή τους.	13509032	330	TEMAXIA
29	Αντιθρομβωτική κάλτσα S-L-XL και XXL.Τεχνικές προδιαγραφές: ☐ Συμπίεση: Διαβαθμισμένη (υψηλότερη στον αστράγαλο, μειούμενη προς το γόνατο/μηρό) για την προώθηση της φλεβικής επιστροφής. Πίεση: Συνήθως 18-24 mmHg (κλάση I) ή 18 mmHg (Thrombexin), ιδανική για πρόληψη θρομβώσεων. Υλικό: Υψηλής ελαστικότητας, υποαλλεργικό, συνήθως 80% πολυαμίδιο και 20%ν ελαστίνη, χωρίς latex. Οπή Ελέγχου: Άνοιγμα στα δάκτυλα για τον έλεγχο της κυκλοφορίας από το ιατρικό προσωπικό. . Ενισχυμένη πλέξη στη πτέρνα για σταθερή και άνετη εφαρμογή. Δεν περιέχουν λάτεξ. Αποστειρωμένες Υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους. Συλικόνη: Λωρίδα σιλικόνης στο πάνω μέρος (στα ριζομηρίου) για να μην γλιστράει η κάλτσα. Χρώμα: Λευκό (για εύκολη ανίχνευση υγρών).	13509033	800	ZEYΓAPI
30	Αυτοκόλλητα καρδιογράφου ενηλίκων.Μίας χρήσης αποστειρωμένα με gel για χρήση σε χειρουργείο , για παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας , test κόπωσης, monitor κλπ. Να είναι υποαλλεργικά. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει αν επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα σε όλα τ ανάγλυφα του σώματος χωρίς να τραβά το δέρμα. Δεν πρέπει να δημιουργεί παράσιτα κατά την κίνηση του ασθενή , να είναι αδιαπέραστο από υγρά και να μπορεί να παραμείνει στο δέρμα πάνω από 24 H και χωρίς να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης. να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φάκελους οι οποίοι να τ προστατεύουν από το φως , το κρύο και τη ζέστη.	13504002	20000	TEMAXIA

31	Πωματισμοί ρινός. Μιας χρήσεως, πρόσθιοι, μεγάλης απορροφητικότητας. Να μην κολλάει στο βλεννογόνο και να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του οξυγόνου στο τραύμα και να παρέχει καλό αερισμό. Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης στη συσκευασία. Να φέρει τη σήμανση CE. Να φέρουν κορδόνι συγκράτησης. Σε διαστάσεις 45mm	13509640	100	TEMAXIA
32	Πωματισμοί ρινός. Μιας χρήσεως, πρόσθιοι, μεγάλης απορροφητικότητας. Να μην κολλάει στο βλεννογόνο και να επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση του οξυγόνου στο τραύμα και να παρέχει καλό αερισμό. Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης στη συσκευασία. Να φέρει τη σήμανση CE. Να φέρουν κορδόνι συγκράτησης. Σε διαστάσεις 80mm	13509212	100	TEMAXIA
33	Εξεταστικά χωνάκια για ΩΡΛ, μιας χρήσης, για ωτοσκόπιο Τύπου Heine Σε διαστάσεις Νο 2,5	12999116	6500	TEMAXIA
34	Εξεταστικά χωνάκια για ΩΡΛ, μιας χρήσης, για ωτοσκόπιο Τύπου Heine Σε διαστάσεις Νο 4	12299016	6000	TEMAXIA
35	Πουάρ πιεσομέτρων. Να φέρουν ενσωματωμένη βαλβίδα και ρύθμιση ροής αέρα. Να είναι ελαστικά ώστε να έχουν επαναφορά κατά την πίεση του πουάρ.	13509321	50	TEMAXIA
36	Αποστειρωμένο αλγηνικό κορδόνι με ιοντικό άργυρο υπό μορφή συμπλόκου και προσθήκη κυτταρίνης και υαλουρονικό οξύ διαστ. από 2εκ πλάτος έως 45εκ μήκος περίπου για έλκη με ιστικό έλλειμμα . Μαλακό και προσαρμόσιμο που επιτρέπει τη στενή επαφή με την επιφάνεια του τραύματος .	10202076	100	TEMAXIA
37	Κρέμα ενυδατική αποφολιδωτική με ουρία και γαλακτικό οξύ για τη φροντίδα διαβητικών ποδιών , για πρόληψη.	10202078	50	TEMAXIA
38	Χαρτί καρδιογράφου 50 x 20 BT x 10	1YG1000000	100	TEMAXIA
39	Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα παιδικά είναι ειδικά σχεδιασμένα για νεογνικές και παιδιατρικές καρδιολογικές εξετάσεις, εξασφαλίζοντας ακριβή καταγραφή καρδιογραφήματος και αξιόπιστη ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση. παρέχουν σταθερή εφαρμογή και μέγιστη άνεση, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς ή δυσφορία στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα. διαθέτουν σήμανση CE, η συγκολλητική τους πλευρά αποτελείται από υποαλλεργική και μη τοξική ουσία .	13504003	1000	TEMAXIA
40	Ιμάντας ανάρτησης χειρός COLLAR-CUFF Μαλακός αφρώδης επίδεσμος επικαλυμμένο από σωληνωτή 100% βαμβακερή κάλτσα η οποία προσφέρει δυνατό κράτημα των άκρων, παρέχοντας παράλληλα ανακούφιση και λειτουργικότητα	30701108	400	TEMAXIA
41	Κολλάρα αυχένα απλά LARGE (ΜΑΛΑΚΑ) Αφρώδης υλικό μέσης πυκνότητας, επενδυμένο με βαμβακερό, αντιαλλεργικό και αφιδρωτικό ύφασμα. Σχεδιασμός: Ανατομικός σχεδιασμός με υποσιγώνιο στήριγμα για άνεση.	30701009	300	TEMAXIA

42	Κολλάρα αυχένος απλά MEDIUM (ΜΑΛΑΚΑ) Αφρώδες υλικό μέσης πυκνότητας, επενδυμένο με βαμβακερό, αντιαλλεργικό και αφιδρωτικό ύφασμα. Σχεδιασμός: Ανατομικός σχεδιασμός με υποσιανώνιο στήριγμα για άνεση.	30701010	300	TEMAXIA
43	Λεπίδες με λαβή Νο 11 αποστειρωμένες, μίας χρήσης, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι για κορυφαία ακρίβεια και ανθεκτικότητα. Καθώς και Άριστη ικανότητα κοπής να διαθέτουν εργονομική πλαστική ή μεταλλική λαβή,	1YG0000070	4000	TEMAXIA
44	Λεπίδες με λαβή Νο 15 αποστειρωμένες, μίας χρήσης, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι για κορυφαία ακρίβεια και ανθεκτικότητα. Καθώς και Άριστη ικανότητα κοπής να διαθέτουν εργονομική πλαστική ή μεταλλική λαβή,	1YG0000104	4000	TEMAXIA
45	Λεπίδες με λαβή Νο 21 αποστειρωμένες, μίας χρήσης, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι για κορυφαία ακρίβεια και ανθεκτικότητα. Καθώς και Άριστη ικανότητα κοπής να διαθέτουν εργονομική πλαστική ή μεταλλική λαβή,	1YG0000105	4000	TEMAXIA
46	Επιδερμική λευκή ταινία από τεχνητό μετάξι με πλάτος 2.5cm Με υποαλλεργική με συνθετική κόλλα. Να κολλάει με ασφάλεια, να είναι σταθερή και μεγάλης αντοχής. Να αφαιρείται χωρίς πρόβλημα και να μην αφήνει υπολείμματα. Να είναι αδιάβροχη και να κόβεται εύκολα με το χέρι (οριζόντια και κάθετα) Να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών.	1YG0000084	12000	TEMAXIA
47	ΣΕΤ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ.Ο σχεδιασμός του να συνδυάζει τη χρήση του κοινού φλεβοκαθετήρα με το χειρισμό της πεταλούδας για εύκολη εισαγωγή και την αποφυγή επαφής με το αίμα. Με πτερύγια και βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Να διαθέτουν μεταλλικό έλασμα το οποίο κατά την απόσυρση της βελόνας από τον φλεβοκαθετήρα, να ασφαλίζει το αιχμηρό άκρο της για την αποφυγή τραυματισμών. Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι από υλικό πολυουρεθάνη ως το πλέον βιοσυμβατό υλικό με τον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72h. Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασμό ώστε να έχει τέλεια εφαρμογή με τον οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του. Να διαθέτει νούμερα 20 - 22G.	10108008	2000	ΣΕΤ
48	Κοστούμια SONTARA MED-LARGE-EXTRA LARGE	10299002	2000	TEMAXIA
49	MAYO Αποστειρωμένα 80 x 145cm Μίας χρήσης αδιάβροχο, ανθεκτικό, αντιστατικό υλικό (π.χ. μη υφασμένο ύφασμα - non-woven) και φέρουν ενισχυμένη επιφάνεια για την απορρόφηση υγρών. σε ατομική συσκευασία.	10303066	6000	TEMAXIA
50	Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης Να είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά. Να έχουν λάστιχο προκειμένου να	13509292	25000	TEMAXIA

	προσαρμόζονται σε κάθε μέγεθος παπουτσιού.			
51	Σκούφιες ασθενών με λάστιχο Τα χειρουργικά σκουφιά να είναι υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα μιας χρήσης. Από μη υφασμένο υλικό (non-woven) άριστης ποιότητας χωρίς χνούδια και χωρίς ατέλειες, μη εύφλεκτο. Όλες οι ραφές να είναι εσωτερικές για επιπλέον προστασία και αντοχή. Να διαθέτουν λάστιχο <u>περιμετρικά</u> του καπέλου προκειμένου να επιτυγχάνεται απόλυτη εφαρμογή και προστασία. Να εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και προστασία, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το τριχωτό της κεφαλής, κατάλληλα και για μακριά και ογκώδη μαλλιά. Να είναι αεροδιαπερατές παρέχοντας καλό αερισμό. Να είναι ανθεκτικά .	13509280	15000	TEMAXIA
52	Σκούφιες Ολικής καλυψης κεφαλής Τα χειρουργικά σκουφιά να είναι υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα μιας χρήσης. Από μη υφασμένο υλικό (non-woven) άριστης ποιότητας χωρίς χνούδια και χωρίς ατέλειες, μη εύφλεκτο. Όλες οι ραφές να είναι εσωτερικές για επιπλέον προστασία και αντοχή. Να εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και προστασία, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το τριχωτό της κεφαλής, κατάλληλα και για μακριά και ογκώδη μαλλιά. Να είναι αεροδιαπερατές παρέχοντας καλό αερισμό. Να είναι ανθεκτικά		1500	TEMAXIA
53	Σκούφιες χειρουργείου με λάστιχο πίσω Τα χειρουργικά σκουφιά να είναι υποαλλεργικά, μη αποστειρωμένα μιας χρήσης. Από μη υφασμένο υλικό (non-woven) άριστης ποιότητας χωρίς χνούδια και χωρίς ατέλειες, μη εύφλεκτο. Όλες οι ραφές να είναι εσωτερικές για επιπλέον προστασία και αντοχή. Να διαθέτουν λάστιχο <u>στο πίσω μέρος</u> του καπέλου προκειμένου να επιτυγχάνεται απόλυτη εφαρμογή και προστασία. Να εξασφαλίζουν τέλεια εφαρμογή και προστασία, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το τριχωτό της κεφαλής, κατάλληλα και για μακριά και ογκώδη μαλλιά. Να είναι αεροδιαπερατές παρέχοντας καλό αερισμό. Να είναι ανθεκτικά .	13509306	12000	TEMAXIA