

ΘΕΜΑ < Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός Ουρολογικής ειδικότητας >

Τεχνικές προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες ουρολογικών χειρουργείων :

- Διπολικός μηχανισμός κοπής ρεζεκτοσκοπίου ενεργητικής κοπής κατάλληλος για χρήση με τις θήκες 24 και 26 fr κλιβανιζόμενος.(τεμ1)
- Εξωτερική θήκη ρεζεκτοσκοπίου για χρήση συνεχούς ροής 26 fr, ειδικής τεχνολογίας για αυξημένη ροή για μέγιστη εργονομία ,αυξημένη ακαμψία και σταθερότητα κλιβανιζόμενη.(τεμ 1)
- Εσωτερική θήκη ρεζεκτοσκοπίου για χρήση συνεχούς ροής σε συνδυασμό με την παραπάνω θήκη ,περιστρεφόμενη με κεραμική μόνωση κλιβανιζόμενη.(τεμ 1)
- Διπολικό ηλεκτρόδιο κοπής τύπου loop ,πολλαπλών χρήσεων.(τεμ 1)
- Διπολικό ηλεκτρόδιο εξάχνωσης , πολλαπλών χρήσεων.(τεμ 1)
- Συνολική δαπάνη περίπου 5.000€
- Τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να είναι συμβατά με την διαθερμία BOWA 900-400 που υπάρχει στο χώρο του χειρουργείου.